

*Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
(8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.)*

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

***„FT-1054/Farkasgyepű/2015 – Eszközállomány fejlesztés
és korszerűsítés Farkasgyepűn”***

2015. augusztus 10.

TARTALOM

| | | |
|--------------|------------------------------------|------------|
| I. fejezet | Alapvető Információk | 3. oldal |
| II. fejezet | Utasítások az Ajánlattevők részére | 5. oldal |
| III. fejezet | Specifikáció | 30. oldal |
| IV. fejezet | Szerződés | 61. oldal |
| V. fejezet | Iratminták | 71. oldal |
| VI. fejezet | Ajánlati formalevél és ártáblázat | 105. oldal |
| Mellékletek | | |

I. FEJEZET
ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

- 1./ A **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.)**, - a továbbiakban Ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló, **2011. évi CVIII. törvény** második rész XII. fejezet alapján európai uniós értékhatárt elérő nyílt eljárást hirdet hazai és külföldi cégek számára, akiket ezúton felhív arra, hogy vegyenek részt az Ajánlatkérő egészségügyi intézmény által **„FT-1054/Farkasgyepű/2015-Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”** megnevezésű, közbeszerzési eljárásban.

A közbeszerzési eljárás tárgya adásvételi szerződés alapján a **TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”** megnevezésű projekt keretében különféle gyárilag új diagnosztikai készülékek szállítása.

A teljesítés magában foglalja, a gyárilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését, az 5 napos próbaüzemet, valamint a kezelő személyzet betanítását,

Ajánlat olyan termékre tehető, amely az ajánlattétel időpontjában rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges magyar hatósági engedéllyel. A fenti engedélyek hiányában az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati dokumentációban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványok, műszaki előírások, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. **Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.**

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.

2./ **Az eredményhirdetés időpontja**

A Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlati kööttség lejártának napjáig bírálja el, és erről, a Kbt. 77. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalának napjától számított három munkanapon belül, az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésével, tájékoztatja ajánlattevőket.

3./ **A szerződéskötés tervezett időpontja és helye:**

A Kbt. 124. § (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon.

Hely: **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.),**

A Kbt. 124. § (8) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a szerződés a 10 napos moratórium letelte előtt is megköthető.

4./ **Az Ajánlattevők kiegészítő információért az alábbi címhez fordulhatnak:**

Fair-Tender Kft. (1171. Budapest, Czimra Gyula u. 37.)

e-mail cím: fairtender@t-online.hu

5./ **Az Ajánlati Dokumentáció, regisztrálást követő átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. Az Ajánlati Dokumentáció másra át nem ruházható.**

II. FEJEZET UTASÍTÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

1./ **Pénzforrások, szerződéskötési engedély**

Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy az eljárás során a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján jár el.

A Kbt. 40. § (4) bekezdés alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat, valamint az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki.

Az Ajánlatkérőnek a beszerzéshez rendelkezésre álló anyagi forrása behatárolt, ezért felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben egyik Ajánlattevő sem tesz az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, az eljárást, az adott rész tekintetében Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja (Kbt. 76. § c) pontja).

2./ **Az ajánlat költségei**

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

Az ajánlati dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet, vagy annak visszalépeése esetén, amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor azt meghatározta, a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevő köteles, az eljárást megindító felhívás IV.3.3. pontjában megadott számlaszámra megfizetni, legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig.

3./ **Ajánlati Dokumentáció**

3.1. A beszerzéssel kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a szerződéses feltételeket az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

Az ajánlati felhívás és Dokumentáció közötti eltérés esetén Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (6) bekezdés szerint jár el.

Az Ajánlati Felhíváson kívül az Ajánlati Dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

| | |
|--|----------------|
| a.) Alapvető információk | (I. fejezet) |
| b.) Utasítások az Ajánlattevők részére | (II. fejezet) |
| d.) Specifikáció | (III. fejezet) |
| e.) Szerződés | (IV. fejezet) |
| f.) Iratminták | (V. fejezet) |
| g) Ajánlati forma és ártáblázatok | (VI. fejezet) |
| Mellékletek | |

- 3.2. A Kbt.-ben előírt és az Ajánlati Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az Ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet, hamis adatok szolgáltatása esetén az Ajánlattevő kizárására kerül sor.

4./ **Az Ajánlati Felhívás, illetőleg az Ajánlati Dokumentáció pontosítása, kiegészítő információk nyújtása**

Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a fairtender@t-online.hu email címre. A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 6 nappal. Amennyiben Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a fenti időpontban megadni, meghosszabbíthatja az ajánlattételi határidőt a Kbt. 41. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása nélkül, valamennyi Ajánlattevő haladéktalan, egyidejű és írásban történő értesítésével. Azokat az Ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem kapták meg az Ajánlati Dokumentációt, Ajánlatkérő köteles a Dokumentáció átadásával egyidejűleg írásban tájékoztatni erről az eseményről.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fentiekben megadott válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.

5./ **Az Ajánlati Felhívás és az Ajánlati Dokumentáció módosítása**

- 5.1. Az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig az Ajánlatkérő bármikor, bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár egy leendő Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul módosíthatja az Ajánlati Dokumentációt és az Ajánlati Felhívást.
- 5.2. A módosított feltételekről az ajánlat benyújtási határidejének lejárta előtt hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani.
- 5.3. A módosító hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlatok benyújtására a hirdetményben megállapított határidő lejártáig az Ajánlati Dokumentációnak a módosítással érintett része a felhívás VI.3.7. pontjában megadott címen díjmentesen elérhető.

6./ **Az ajánlat elkészítése**

Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni.

Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő által elkészített saját fordítást is. A nem megfelelő tartalmú saját fordításból eredő következményeket Ajánlattevő viseli.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

A Kbt. 36. § (3) bekezdés alapján, ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.

Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat **61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.** Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

7./ Az ajánlatot alkotó okmányok

Az Ajánlattevő által elkészített ajánlatnak az ajánlat alapján szállítani vállalt termékeken túl - melyre vonatkozó részletes előírások az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében találhatóak - jól elkülöníthető részekben és sorrendben az alábbi okiratokat, igazolásokat, nyilatkozatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:

- a.) Ajánlati borítólapp(ok) majd a következő oldalon az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék
(Ld. Iratminták, Ajánlati borítólapp)
- b.) Kitöltött és cégszerűen aláírt ajánlati formalevél, felolvasólap és ártáblázat a V. fejezetben meghatározott formában (az alvállalkozók tekintetében nem csatolandó);
- c.) Nyilatkozat a kizáró okok igazolásának módjáról

Ajánlattevő nyilatkozata:

- a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), i) pontjaiban, valamint az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és az 57.§ (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

- Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható.

(A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) és i) pontja, valamint az 57. § (1) bekezdés a) - f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat eredeti vagy másolati példánya.)

Ajánlattevő nyilatkozata:

- a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében. (Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat.)
- a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;
- a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

(Ld. Iratminták)

Adóhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(A Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében, eredeti vagy egyszerű másolat)

Vámhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(A Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontja tekintetében, eredeti vagy egyszerű másolat)

Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén

A Kbt. 56.(1) bekezdés h) pontja tekintetében (eredeti vagy egyszerű másolat.)

(Ld. Iratminták,)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontjára vonatkozóan a kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

d.) Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) és b) pontja szerinti nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok, azaz a Kbt. 56. § és 57. § hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általa az alkalmassága igazolásában résztvevő más szervezet sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a 57. § hatálya alá.
(Ld. Iratminták, Ajánlattevői nyilatkozat)

e.) Az Ajánlattevőnek a Kbt. 40. § (1) bekezdés a-b) pontja szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe,
- a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és %-os arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek.

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben megnevezi

- a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt kapacitást nyújtó szervezetet, továbbá azt az alkalmassági követelményt, amelynek igazolásához a megnevezett erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodik.
- Az Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) a), b) és c) pontja szerint, amennyiben Ajánlattevő igénybe vesz kapacitást nyújtó szervezetet.

- Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § a) és b) pontja szerinti nyilatkozata, arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok, azaz a Kbt. 56. § és 57. § hatálya alá eső egyéb kapacitást nyújtó szervezetet.

Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

- Alvállalkozónak a Kbt. 4. § 2.) pontjában így meghatározott fogalmi körbe tartozó gazdasági szereplők minősülnek, az erőforrást nyújtó szervezetre a Kbt. 55. § (5) bekezdésben foglalt értelmező rendelkezést kell alkalmazni.

(Kbt. 4. § 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót;

(Ld. Iratminták, Ajánlattevői nyilatkozat)

f.) azok az okmánybizonylatok, amelyek igazolják az Ajánlattevő, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb gazdasági szereplő jogszerű működését:

- Ajánlattevőnek, (közös) ajánlattevőnek, továbbá az egyéb gazdálkodó szervezetnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
- az ajánlat, valamint az annak részét képező nyilatkozatokat aláíró személy(ek) cégeláírási nyilatkozatának, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájának egyszerű másolata, illetve részükre a cégekivonat szerint a cég képviselőjére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás;
- egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata,

g.) Az Ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti azon nyilatkozata, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

(Ld. Iratminták, Ajánlattevői nyilatkozat)

h.) az Ajánlattevő **pénzügyi és gazdasági alkalmasságát** igazoló okmányok;

Minden rész tekintetében:

P.1. A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján, Ajánlattevő saját vagy jogelődje, a jelen eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott részének - benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.

P.2.A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint Ajánlattevő nyilatkozata az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan **a megajánlott rész(ek) tekintetében**, az alábbi részek szerint megjelölt orvosi diagnosztikai eszközök szállításából és/vagy adásvételéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően,

hogyan az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak;

- 1. rész Alvásdiagnosztika,**
- 2. rész Légzési intenzív labor ,**
- 3. rész Bronchológiai Labor ,**
- 4. rész Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék,**

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés *b*) vagy *c*) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek, a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá csatolni kell a kapacitást nyújtóként igénybe venni szándékozott szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelniük, illetve azon gazdasági és pénzügyi helyzetre meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint a pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek más szervezet (szervezetek) kapacitásaira történő támaszkodással kíván megfelelni, úgy az adott kapacitás meglétét (az alkalmasság fent meghatározott követelményét) a kapacitást nyújtó szervezetnek a fent meghatározottak szerint, az Ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia, továbbá Ajánlattevőnek csatolnia kell a kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan a Kbt. 55. § (6) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat.

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

(Magyarországi székhelyű Ajánlattevők figyelmét felhívjuk a Közbeszerzési Hatóság 2014. 05. 16-án a Közbeszerzési Értesítő 57. számában megjelent Útmutatójára, mely elektronikusan elérhető a www.kozbeszerzes.hu honlapon a Jogalkalmazást elősegítő anyagok - Tanács útmutatói menüpontban.)

Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) **műszaki alkalmasságát** igazoló okmányok a következő módon:

Minden rész tekintetében:

M1. Az ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év legjelentősebb, **a megajánlott rész(ek) tekintetében**, az alábbi részek szerint megjelölt orvosi diagnosztikai eszközök szállításából és/vagy adásvételéből származó referenciáit a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege feltüntetésével, és nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.

1. rész Alvásdiagnosztika,

2. rész Légzési intenzív labor ,

3. rész Bronchológiai Labor ,

4. rész Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék,

M2. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely garantálja, hogy a berendezés az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazható és alkalmazása engedélyezett humán célra. A termék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet).

M3. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlattevő csatolja a berendezés műszaki leírását és gyártói katalógusát, továbbá az orvosszakmai elvárásokat tartalmazó kérdőívet.

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)–(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

A műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek.

A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) együttesen kell megfelelniük.

A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást biztosítók bevonása esetén a Kbt. 55. § (6) bekezdés alapján történik.

- i.) Az Ajánlati Dokumentációban előírt minden, a fentiekben nem nevesített egyéb igazolás, tanúsítvány és dokumentum, valamint az ajánlattevők által csatolni kívánt további dokumentumok.
- j.) Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék(ek) gyártója, a forgalmazási jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolati példányban.
- k.) Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a jótállási idő alatt a karbantartás és szerviz ellátásához szükséges szervizhátteret, továbbá a szükséges alkatrészellátást biztosítja.

Teljeskörű garancia: A teljeskörű garancia időtartama a sikeres üzembe helyezést követő jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számított minimum 12 hónap. (Nyertes Ajánlattevő vállalása alapján kerül a szerződésben rögzítésre!)

A garanciális időszak alatt Eladó nem számlázhat sem karbantartási sem javítási költséget, és alkatrész-költséget sem. (a természetes használat során elhasználódó továbbá meghibásodó alkatrészek kivételével)

Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével árunként megnövekszik a garanciaidő.

A garancia magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a garanciaidőn belül. Ezen időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, az orvosi műszerek és informatikai berendezésekhez szükséges alkatrész díja stb.) nem számolható fel.

Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biztosít) rendelkező szervizbázist tart fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó- saját választása szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

Eladó a garanciális kötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei a hibabejelentéstől számított 24 órán belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a lehető leggyorsabban befejezik azt, beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is.

Ennek megfelelően Eladó az áru(k) tartalékalkatrész-ellátását úgy tartozik megszervezni, hogy az a hibák gyors kiküszöbölését ne akadályozza.

- l.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlata részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készültek, és azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.
- m.) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatolta. Továbbá arról, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.
- n.) Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott ajánlat tartalmával.
- o.) Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött levélben, elektronikus levélben, telefaxban vagy táviratban. (Az írásos formában megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük elektronikus formában is megküldeni, a fairtender@t-online.hu email címre.) A kiegészítő információkat Ajánlatkérő köteles a lehető leghamarabb megküldeni, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártá előtt 6 nappal. **Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési**

eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvette, és ajánlata elkészítése során azt figyelembe vette.

Amennyiben a külföldi Ajánlattevő nevében az ajánlatot belföldi képviselője nyújtja be, a külföldi Ajánlattevő által a belföldi képviselő részére adott az ajánlattételre vonatkozó meghatalmazás az Ajánlati Dokumentáció V. fejezetében meghatározottak szerint;

Külföldi székhelyű Ajánlattevő ajánlatát a fentiekben meghatározottak alapján a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. §-ban foglaltak szerint tartozik benyújtani, azzal az eltéréssel azonban, hogy nyilatkoznia kell arról is, hogy székhelyének országában mely köztartozások felelnek meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott köztartozásoknak és ezeket mely szervezet(ek) tartják nyilván. A külföldi Ajánlattevő a fenti nyilatkozatában szereplő hatóságok/kezelő szervek igazolásait tartozik ajánlata részeként benyújtani.

A II.7. e.) pontban foglaltak, külföldi Ajánlattevő/alkalmazó esetében a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja alapján, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § h) pontjában foglaltak szerint értelmezendők. Amennyiben az ott meghatározott EGK irányelvek valamely külföldi Ajánlattevőre nem irányadóak, úgy az Ajánlattevő/alkalmazó saját országának illetékes szerve által kiállított, a cég létezését igazoló okirat, valamint szükség esetén a cég képviseletére feljogosított tisztségviselőktől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolandó az ajánlathoz.

(Külföldi székhelyű Ajánlattevők figyelmét felhívjuk a Közbeszerzési Hatóság 2012. 06. 01.-jén a Közbeszerzési Értesítő 61. számában megjelent Útmutatójára, mely elektronikusan elérhető a www.kozbeszerzes.hu honlapon a Jogalkalmazást elősegítő anyagok - Tanács útmutatói menüpontban.)

8./ Az ajánlati árak

8.1. Az Ajánlattevőnek a jelen Ajánlati Dokumentáció VI. fejezete szerinti ártáblázatban fel kell tüntetni a szerződés értelmében általa szállítani kívánt gép egységárát, valamint a teljes ajánlati árat, az ártáblázatban megadott előírásoknak megfelelően.

8.2. Az ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár meghatározása külföldi ajánlattevő esetén DDP az Ajánlatkérő Intézmény székhelye/telephelye (INCOTERMS 2010) paritáson, belföldi ajánlattevő esetén az Ajánlatkérő Intézmény székhelyére/telephelyére költségmentesen leszállítva paritáson történik azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.

8.3. Belföldi és külföldi ajánlattevők az ajánlati árak megadásakor áraikat, valamint az ÁFA összegét külön tartoznak szerepeltetni.

8.4. Engedmények

Valamennyi engedményt - árurabatt, százalékban meghatározott árengedmény, vagy sávos árengedmény - az egységárba be kell építeni oly módon, hogy az ár kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy kizárólag a specifikációban, illetve a

szerződésben megadott darabszám szállítható le, amelybe beleértendő a megajánlott árurabatt mennyisége is.

Árengedmény sávosan a megrendelés összértékének mértékéhez nem köthető.

Külön árurabatt és egyéb kedvezmény nem adható, illetőleg egyéb árurabatt nem ajánlható meg.

9./ Szerződéses árak

9.1. **Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között sem változtatható meg.**

10./ Az ajánlat pénzneme

Az árakat az alábbiak szerint kell megadni:

Az Ajánlattevő az árakat HUF ár megjelölésével adhatja be.

Egyéb devizanemben megadott árak esetén az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja.

A referenciaigazolások esetében az adott szerződés teljesítésének napján érvényes, hivatalos MNB deviza középárfolyam az átszámítás alapja.

A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a nettó árat veszi figyelembe.

11./ Teljesítési és fizetési határidők

11.1. A jelen Ajánlati Dokumentáció V. fejezetében specifikált áru(k) leszállítását a III. fejezetében foglalt szállítási szerződés hatályba lépését követően, **35 napon belül**, az ott meghatározott szerződéses feltételek szerint kell leszállítani nyertes ajánlattevő ajánlatában megadottak szerint.

Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, hogy **a projektzárás időpontja 2015. december 31.** amely időpont módosítására, a teljesítés során már nem lesz lehetőség.

11.2. Minden rész tekintetében:

A TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” megnevezésű projekt.

A támogatási intenzitás 100%.

Nyertes Ajánlattevő az előleg, jogszabály adta igénylésének lehetőségén túlmenően egy darab végszámla benyújtására jogosult.

A számla kifizetése a Kbt. 130. § (1) (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik.

Az igényelt előleg elszámolása a szerződés teljesítésekor, azaz átadás-átvételkor válik esedékessé nyertes ajánlattevő számára, és összege, Ajánlatkérő által, a végszámlából levonásra kerül.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés alapján a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Ajánlatkérő a leszállításra kerülő berendezés ellenértékét az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételekkel, a Kbt. 130. § (1) (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, az üzembe helyezést és 5 napos próbaüzemet követően kiadott teljesítésigazolás alapján nyertes Ajánlattevő által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattevő teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított gép ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát az Ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolással együtt Ajánlatkérőnek átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a 30 napos fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.

12./ Az ajánlatok érvényessége

12.1. Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított **60. napig** maradnak érvényben, mely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít.

12.2. A Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem

tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

13./ **Az ajánlattétel formája és aláírása**

- 13.1. Az ajánlatokat papíralapon egy darab eredeti példányban, továbbá elektronikus formában 2 példányban CD vagy DVD adathordozón, nem módosítható, de olvasható Pdf CD/DVD-n kell benyújtani.

A papíralapú és az elektronikusan benyújtott példányok tartalmának eltérése esetén az eredeti, papíralapú példány tartalma az irányadó.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában megegyezik a CD-n vagy DVD-n, elektronikus formátumban benyújtott ajánlat tartalmával. Az adathordozóra fel kell tenni a kitöltött Tételes árajánlatot (ártáblázat), valamint az Orvosszakmai kérdőívet (III. fejezet), szerkeszthető WORD ill. EXCEL formában is!

- 13.2. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó gazdasági szereplő által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlat eredeti példányát gépelve, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni az Ajánlattevő vagy olyan személy(ek) aláírásával, aki(k) felhatalmazottak arra, hogy a szerződést az Ajánlattevő számára kötelező érvényűvé tegyék.

Ebből a szempontból az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az ajánlatot aláíró személy(ek) az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentumok alapján az

Ajánlattevő törvényes képviselőjére jogosult(ak) vagy ezen személy(ek)től az ajánlat aláírására vonatkozó közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást csatolnak be.

- 13.3. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az Ajánlattevő által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk.

14./ **Az ajánlatok lezárása és jelölése**

- 14.1. Ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti, valamint elektronikus példányait egy külső borítékban kell lezárniuk, a borítékokat megfelelő jelzéssel ellátva: **"eredeti" az ajánlattételi határidő lejártáig nem felbontandó**. **A külső borítékon fel kell tüntetni az eljárás megnevezését és számát!**

- 14.2. A külső borítékot az alábbi címre kell címezni:

**Veszprém megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 049/2 Hrsz.
Igazgatóság**

A külső borítékon fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét és címét.

- 14.3. Amennyiben a külső boríték nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felnyitásáért.

- 14.4. **Ajánlatkérő nem vállal továbbá felelősséget az ajánlatok postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével történő benyújtása esetén felmerülő késedelem miatt. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő előtt meg kell érkeznie a 14.2. pontban megjelölt címre.**

15./ **Az ajánlatok benyújtási határideje**

- 15.1. Az ajánlatoknak legkésőbb **2015. szeptember 28.-án 10,00 óráig** meg kell érkezniük az Ajánlatkérőhöz a 14.2. pontban megadott címre.

Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.

16./ **Késedelmes ajánlatok**

Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, melyet az általa előírt ajánlat-benyújtási határidőn túl kap meg, érvénytelennek nyilvánít, és a Kbt. 61. § (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

17./ **Az ajánlatok módosítása és visszavonása**

- 17.1. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve vonhatja vissza ajánlatát. A módosított ajánlatot, illetőleg annak tartalmát e fejezet 13.), 14.) pontjainak megfelelően elkészített formában kell az Ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejártáig kézhez vennie. Az ajánlattételi határidő lejárta után érkezett módosításokat az Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor nem veszi figyelembe. A módosításról vagy visszavonásról az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő lejártáig telefaxon vagy táviratilag írásban értesíteni kell az Ajánlatkérőt.
- 17.2. Az ajánlatokat az ajánlat benyújtási határideje után nem lehet módosítani.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA

18./ Az ajánlatok felbontása

- 18.1. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását az Ajánlati Felhívásban és az Ajánlati Dokumentációban meghatározott helyen és időpontban kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
- 18.2. Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő által felkért bizottság tagjain kívül az Ajánlattevők képviselői, az általuk meghívottak, továbbá, a Kbt. 62. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, a jogszabályban erre feljogosított személyek lehetnek jelen.
- 18.3. Az ajánlatok felbontása a megjelölt Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében az ajánlattételi határidő lejártának napján a felhívás IV.3.8. pontjában megjelölt időpontban kezdődik. Az Ajánlattevők a felbontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. A jelen lévő Ajánlattevők képviselői részvételük igazolására egy jelenléti ívet írnak alá.
- 18.4. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, még az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az Ajánlattevők neve, címe (székhelye), az ajánlati ár, valamint az elbírálási szempontokhoz tartozó, és az ajánlatok bírálata során figyelembe vételre kerülő főbb, számszerűsíthető adatok, végül az ajánlat esetleges módosítása vagy visszavonása.

- 18.5. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az Ajánlattevők részére.

19./ Az ajánlatok részletes átvizsgálása és elbírálása

Az ajánlatok felbontását követően az Ajánlatkérő által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes alaki és tartalmi ellenőrzését.

Az ajánlatok tételes átvizsgálása során megállapításra kerülnek az ajánlatok esetleges érvénytelenítésre vagy az Ajánlattevő kizárására okot adó körülmények. Ennek megállapítása érdekében sor kerül az ajánlatok elsődleges tartalmi áttekintésére is.

Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok és igazolások, egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, továbbá egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására valamennyi érintett Ajánlattevő számára, a Kbt. 67. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban a hiánypótlásra történő felhívásban meghatározásra kerülő időpontig - lehetőséget biztosít.

19.1./Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése érdekében, valamint az ajánlatban szereplő, a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az Ajánlati Felhívásban vagy az Ajánlati Dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása végett az Ajánlatkérő - valamennyi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - felkérheti az Ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás kérésének valamint a válasznak írásban kell történnie, és az az ajánlat módosítását nem eredményezheti.

Ajánlatkérő köteles írásban magyarázatot kérni a kirívóan alacsony ajánlati árat megadó Ajánlattevőtől a Kbt. 69. §-ban foglaltak szerint.

19.2. Az ajánlatban előforduló számítási hibák tekintetében az Ajánlatkérő az egységáruk és az összár közötti eltérés esetén az egységárat; a számmal és betűvel írt összegek közötti eltérés esetén a betűvel írt összeget veszi figyelembe.

Az ajánlatban előforduló számítási hibák – fentieknek megfelelő – javítását az Ajánlatkérő végzi el és erről valamennyi Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja.

19.3. Ajánlatkérő az ajánlatok részletes átvizsgálásának eredményeként az Ajánlati Felhívásban, az Ajánlati Dokumentációban és a Kbt.-ben előírtaknak megfelelően megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan Ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az ajánlatok érvénytelensége a Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-e) pontjaira való hivatkozással kerül megállapításra, az Ajánlattevő eljárásból való kizárásáról, Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (2)-(4) bekezdései szerint dönt.

Ajánlatkérő az erre vonatkozó döntés meghozatalának napjától számítottan, haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, a döntés indokának egyidejű megjelölésével, írásban értesíti azt az Ajánlattevőt, akit az eljárásból kizárt vagy a

szerződés teljesítésére alkalmatlannak minősített, illetve akinek ajánlatát érvénytelenné nyilvánította.

20./ Az ajánlatok értékelése

20.1. Az 1-4. részek esetében az ajánlatok értékelése, részenként, a Kbt. 71. § (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának elve alapján történik az alábbiak szerint:

Lásd Ajánlati Felhívást és a Felolvasó lapot!

A pontszámok megadása akként történik, hogy az egyes alszemponatok értékelésekor a legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra adandó pontszámok a legjobb ajánlathoz történő arányosítással kerülnek meghatározásra. Egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése során az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja. (igen válasz 10 pontot a nem válasz 1 pontot kap.) Az egyes alszemponatokra adott pontszámok ezt követően az adott alszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorozásra, majd az adott részszemponthoz tartozó valamennyi alszempontnál így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.

Az adott részszempontnál legtöbb pontot elért ajánlat a maximális pontszámot kapja, míg a többi ajánlatra a legtöbb pontot elért ajánlathoz viszonyítva az általa elért pontszámnak megfelelő, arányosítással kiszámított pontérték kerül kiadásra.

Az egyes részszemponatokra adható pontszám: 1-10.

Az értékelés során, Ajánlatkérő, a pontszámok kiszámításakor, az értékeket, a matematika szabályai szerint, egy tizedes jegyre kerekítve értékeli.

Elbírálási szempontok részletezése:

1. rész: Alvásdiagnosztika

1. rész esetében az ajánlati ár (nettó HUF) súlysám: 84

1. rész esetében az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen: súlysám 35

Orvosszakmai értékelési szempontok részletezése:

1/A. tétel - Online polisznomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel és elemző munkaállomással (PC) terjedelemben 1 darab

1. opcionálisan szinkron videometriával bővíthető, súlyszám: 5
(megléte előny, nem=1 pont; igen= 10 pont)
2. Szenzorostzt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen, súlyszám 5
(megléte előny, nem=1 pont; igen=10 pont)
3. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása
súlyszám 5
(megléte előny, csak egy érték: 1 pont; mindkét érték: 10 pont)
4. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben, súlyszám: 5
(előny a megléte, Egyéb = 1 pont; Li-Ion = 10 pont)

1/B. tétel - Poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel 1 darab

1. Szenzorostzt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen, súlyszám: 5
(megléte előny, nem=1 pont; igen=10 pont)
2. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása, súlyszám: 5
(megléte előny, csak egy érték: 1 pont; mindkét érték: 10 pont)
3. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben, súlyszám: 5
(előny a megléte, Egyéb = 1 pont; Li-Ion = 10 pont)

1. rész esetében a jóállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) súlyszám 1

A minimum 12 hónapnál rövidebb időtartamot tartalmazó ajánlat érvénytelen. Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg! A 36 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.

Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont.
(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

2. rész Légzési intenzív labor

2. rész esetében az ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 24

2. rész esetében az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen. súlyszám 10

Orvosszakmai értékelési szempontok részletezése:

2/A. tétel - Transzportra is alkalmas noninvazív lélegeztető készülék tartozékokkal 2 darab

1. A készülék oximetriával rendelkezik, súlys szám: 5
(megléte előny, nem=1 pont; igen=10 pont)

2. Alvoeláris volumenre történő lélegeztetés, súlys szám: 5
(megléte előny, nem=1 pont; igen=10 pont)

2. rész esetében a jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) súlys szám 1

A minimum 12 hónapnál rövidebb időtartamot tartalmazó ajánlat érvénytelen. Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg! A 36 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.

A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni!
Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont.
(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

3. rész: Bronchológiai Labor

3. rész esetében az ajánlati ár (nettó HUF) súlys szám: 75

3.rész esetében az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen: súlys szám 31

Orvosszakmai értékelési szempontok részletezése:

3/A. tétel - Videóbronchoszkópos torony 1 darab,

(Amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor) 1db, fényforrás 1db, monitor 1db, készüléktartó állvány 1db, terápiás videóbronchoszkópok 2db)

Központi vezérlő egység (processzor):

1. Magyar nyelvű menürendszer megléte, súlys szám: 2
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

2. A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan, súlys szám: 2
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

Fényforrás:

3. A fényszűrő funkció tényleges optikai szűréssel valósul meg. súlys szám: 5
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

Terápiás HDTV videóbronchoszkópok:

4. Forgató kontrollgomb a bevezető cső elforgatására a markolat mozdítása nélkül, súlys szám: 5
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

3/B. tétel - Endoszkópos ultrahangdiagnostikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) 1 darab

Endoszkópos ultrahangdiagnostikai berendezés (ultrahangos processzor)

1. Az elektronikus szkennelés frekvenciái, Min 4 különböző, az 5-12 MHz tartományban, súlyszám: 5
Kérjük megadni! A nagyobb érték a jobb.
A min. 4 különböző frekvencia =1 pont, a max. 5 különböző frekvencia, vagy e fölötti =10 pont.
Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. *(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)*

2. Terápiás videóbronchoszkópok munkacsatornájába vezethető ultrahangos szondák (probes) csatlakoztathatósága, későbbi bővítéshez, súlyszám: 2
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

3. Közös billentyűzet a videóbronchoszkópos torony vezérlőegységével, egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető, súlyszám: 5
(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

Ultrahangos bronchoszkóp:

4. A munkacsatorna átmérője min 2,0 mm. maximum 2,5 mm. Előny a nagyobb! súlyszám: 5
Kérjük megadni! Min 2,0 mm=1 pont, max. 2,5 mm, vagy e fölötti = 10 pont
Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre.
(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

3. rész esetében a jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) súlyszám 1

A minimum 12 hónapnál rövidebb időtartamot tartalmazó ajánlat érvénytelen. Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg! A 36 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.

A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni!
Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont.
(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

4. rész – Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnostikai készülék (1 db)

4. rész esetében az ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 31

4. rész esetében az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen. súlyszám 13

Orvosszakmai értékelési szempontok részletezése:

1. A megajánlott készülék piaci bevezetésének éve (Előny a minél újabb készülék), súlyszám: 2

Kérjük megadni! 2011.év =1 pont, 2014. év =10 pont. A 2015. évben bevezetett készülékek is a maximális 10 pontot kapják.

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre.

(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

Technológia, működési jellemzők

2. Képkalkotási frekvencia tartomány Min: 2-16 MHz között, képernyőn feltüntetve (Előny a nagyobb tartomány megléte!), súlyszám: 2

Kérjük megadni! Min 2-16 Mhz közötti tartomány=1 pont, max.1-18 Mhz közötti vagy ennél nagyobb tartomány= 10 pont.

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre.

(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

3. Nyers ultrahang adat tárolási lehetőség megléte, súlyszám: 1

(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

2D üzemmód

4. Frame rate: Min.: 600 kép/sec max. 1000 kép/sec

Előny a nagyobb! Az 1000 kép/sec feletti megajánlás is a maximális 10 pontot kapja, súlyszám: 3

Kérjük megadni!

Min.: 600 kép/sec =1 pont, max. 1000 kép/sec =10 pont, és az 1000 kép/sec feletti megajánlás is 10 pont

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre.

(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

PW

5. Fokenkénti szögkorrekció tartománya (Előny a nagyobb tartomány)

min. tartomány 0-85 fokig, súlyszám: 2

Igen, kérjük megadni a tartományt!

Min. tartomány 0-85 fokig =1 pont, max. tartomány 0-90 fokig, vagy e fölötti tartomány= 10 pont

Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. *(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)*

6. Automatikus Doppler Spektrum optimalizálás egy gombnyomással, súlyszám 1

(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

7. Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás, abból folyamatos paraméterszámítás, súlyszám: 2

(Kérjük megadni! nem=1 pont; igen=10 pont)

4. rész esetében a jótállás időtartama a vizsgálófejekkel együtt, hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) súlyszám 1

A minimum 12 hónapnál rövidebb időtartamot tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg! A 36 hónapnál hosszabb időtartamú megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.

A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni!
Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti =10 pont.
(Egyenes arányosság - Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

Minden rész tekintetében:

Az 1. bírálati szempont pontozása a fordított arányosság szabályai szerint történik.
(Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján)

Aránypárokat állítunk fel, a legalacsonyabb árat adó cég 10 pontot kap, majd az ezt követő ajánlati árak arányosan alacsonyabb pontszámot kapnak.

Az árak pontszámainak kiszámítása fordított arányossággal az alábbiak szerint történik:

Legalacsonyabb ár / Vizsgált ajánlati ár X (10-1) +1 = Pontszám
Pontszám X súlyszámmal = Súlyozott pontérték

A teljes ajánlati ár kerül értékelésre.

A 2. orvosszakmai bírálati szempont pontozása a külön táblázatban megadottak szerint történik.

A 2. bírálati szempontban megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően az egyenes, vagy fordított arányosság szabályai szerint arányosítással történik (Egyenes arányosság a Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja, illetve a fordított arányosság a Hatósági útmutató III.A.1.ba pontja alapján), míg egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális, míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező berendezés a minimális pontszámot kapja.

A 3. bírálati szempont pontozása az egyenes arányosság szabályai szerint történik.
(Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján)

A jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap)

Aránypárokat állítunk fel, a leghosszabb időtartamot adó cég 10 pontot kap, majd az ennél rövidebb megajánlások arányosan alacsonyabb pontszámot kapnak, az egyenes arányosság szabályai szerint.

A jótállás időtartam pontszámainak kiszámítása egyenes arányossággal az alábbiak szerint történik:

A vizsgált időtartam / A leghosszabb időtartam X (10-1) +1 = Pontszám
Pontszám X súlyszámmal = Súlyozott pontérték

A minimálisan megajánlható hónapok száma 12. A 36 hónap, vagy ennél hosszabb időtartamú megajánlások is a maximális 10 pontot kapják! Megajánlás egész hónapokban adható!

A minimum 12 hónapnál rövidebb időtartamot tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Ha több ajánlatnak azonos az előzőek szerint kiszámított összpontszáma, a Kbt. 72. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a Kbt. 72. § (2) bekezdés alkalmazásával sem állapítható meg az összességében legelőnyösebb ajánlat, Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 72. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárni.

- 20.2. A Kbt. 74. § (4) bekezdése értelmében az érvénytelen ajánlatokat az Ajánlatkérőnek nem kell értékelnie. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (1) pontja értelmében a kizáró okok bekövetkezését az eljárás befejezéséig vizsgálja.
- 20.3. Ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés a)-g) pontokban meghatározott körülmények fennállása esetén.
- 20.4. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat kizárólag a jelen közbeszerzési eljárás keretében használhatja fel.

21.) Az eljárás eredményének kihirdetése és közzététele

- 21.1. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről, annak meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül tájékoztatja Ajánlattevőket.
- 21.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor, a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, írásbeli összegeztést készít, melyet minden ajánlattevő számára a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi.
- 21.3. A 65. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kööttség fennállása alatt sor kerüljön.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kööttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kööttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kööttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.

Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kööttség

lejártnak eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

Ebben az esetben Ajánlatkérő, az eredeti határidő lejárta előtt az ajánlati kötöttség időpontjának meghosszabbításáról, és annak indokáról, valamint ha szükséges a szerződéskötés új időpontjáról az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatni.

- 21.4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 30. § (1) bekezdése e) pont értelmében az eljárás eredményéről, vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötéstől, illetőleg eredménytelen eljárás esetén vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon belül a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételre feladja.

A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le.

22./ **A szerződés megkötése**

- 22.1. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 124. § (1) bekezdés szerinti szervezetekkel (személyekkel) kell az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően az ajánlati felhívásban VI.3.6. pontjában megadottak szerint megkötni.

- 22.2. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, amennyiben a Kbt. másként nem rendelkezik, a szerződés nem köthető meg azonban az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig.

- 22.3. A szerződés aláírásához – ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői kívánják megtenni – az Ajánlattevőt képviselő cég vagy személyek számára a szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég vagy személy nyújtotta be, azonban ez a meghatalmazás a szerződés aláírására vonatkozó kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.

- 22.4. **A Kbt. 40. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az Ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki.**

III. FEJEZET

SPECIFIKÁCIÓ

TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” megnevezésű projekt keretében különféle gyárilag új diagnosztikai készülékek szállítása.

(„FT-1054/Farkasgyepű/2015 – Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)

(Külön mellékletben, word formátumban is kitöltendő!)

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA

1/A. tétel:

Online poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel és elemző munkaállomással (PC) terjedelemben

Készülék megnevezése: Alvásdiagnosztikai vizsgáló állomás

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|---|---------------|---|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárások: | | | |
| Akkumulátoros tápellátású recorder, max. 300g súly (akkumulátorral együtt) | | IGEN | |
| On-line üzemmód vezeték nélküli kialakítás(wireless)recorder és munkaállomás között (a felvétel közben a csatornák jelei nyomon követhetők, az adatok munkaállomáson (PC) tárolódnak) | | IGEN | |
| Az elektromos hálózat kiesése vagy az online kapcsolat megszakadása esetén is a recorder működőképes marad, a vizsgálatot nem kell megszakítani, adatvesztés nem történik | | IGEN | |
| opcionálisan szinkron videometriával bővíthető | S=5 | megléte előny nem=1 pont; igen=10 pont | |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| Vizsgálati csatornák: EEG; EOG; EMG; Áramlás (flow); Horkolás; Mellkasi kitérés; Hasi kitérés; EKG; SpO2; Pulzus ráta; Plethysmogram; PLM; pozíció; mozgás (aktivitás); fény detektálás; paciens marker; nyomásdetektálás (CPAP); vérnyomásmérés (non- invazív) | | IGEN | |
| A készülék legyen alkalmas termisztoros és nyomásváltozós áramlásmérésre is egy időben (AASM kritérium) | | IGEN | |
| Vizsgálati csatornák száma: min. 30 | | IGEN kérjük megadni | |
| Min. 12 órás felvétel készítésének lehetősége | | IGEN | |
| Multi-night felvétel készítése | | IGEN | |
| Manuális start (azonnali indítás) | | IGEN | |
| Automatikus start (időzített indítás) | | IGEN | |
| Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | S=5 | megléte előny nem=1 pont, igen=10 pont | |
| Mintavételi frekvencia min. 128 Hz mely állítható az alábbi csatornában: Flow, Horkolás Aktivitás (X, Y, Z irányú) PLM | | IGEN kérjük megadni | |
| BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | S=5 | megléte előny csak egy érték: 1 pont, mindkét érték: 10 pont | |
| Mintavételi frekvencia min. 256 Hz mely állítható az alábbi csatornában: EEG EOG EMG EKG | | IGEN kérjük megadni | |
| Digitális jelfeldolgozás min. 16 bit | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| | | | |
| Elemző szoftver automatikus elemzésre, és manuális elemzésre | | IGEN | |
| Elemzés a felvétel közben is lehetséges | | IGEN | |
| Nyers felvétel (RAW) megjelenítése manuális elemzéshez | | IGEN | |

| | | | |
|--|-------|---|--|
| Az elemzési paraméterek módosíthatók | | IGEN | |
| Automatikus jkv. készítés | | IGEN | |
| Különböző jkv. típusok konfigurálhatók, menthetők | | IGEN | |
| A szoftver rendelkezzen adatbáziskezelési archiválási funkcióval | | IGEN | |
| Az adatok expotálhatók (pl. EXCEL, ASCII, SPSS, EDF, ...) | | IGEN kérjük megadni | |
| Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | S = 5 | megléte előny kérjük megadni Egyéb = 1pont Li-Ion = 20pont | |
| A készülék mérete | | kérjük megadni | |
| Súly | | kérjük megadni | |
| | | | |
| PC munkaállomás: asztali számítógép min. kiépítése: I3-2GHz processzorral, 4GB RAM, 1TB HDD, DVD író, 22' TFT color monitor, színes lézer nyomtató, Windows op. Rendszer HUN billentyűzet, egér | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| Titrláshoz alkalmazható készülék: | | 1 db | |
| CPAP, BiPAP üzemmód | | IGEN | |
| Távkezelhető más helyiségből | | IGEN | |
| A terápiás nyomás változtatható a terápia megszakítása nélkül | | IGEN | |
| Integrált fűtött párasító egység, fűtött levegő csővel | | IGEN | |
| | | | |
| Szállítási terjedelelem: | | | |
| készülék PSG | | 1 db | |
| PC munkaállomás fenti terjedelemben | | 1 db | |
| Készülék programozó és analizáló szoftver | | 1 db | |
| szenzorkészlet a vizsgálati csatornához | | 1 készlet | |
| Akkumulátortöltő | | 1 db | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Akkumulátor | | 2 készlet (1 készlet annyi akkumulátor t tartalmaz amennyi 1 vizsgálat elvégzéséhez szükséges) | |
| Titráló készülék fűtött párasítóval, csővel | | 1 db | |
| Távkezeléshez szükséges kiegészítők a titráló készülékhez | | 1 készlet | |
| Orr-száj maszk 3 méretben, sterilizálható | | 1-1-1 db | |
| | | | |
| Magyar nyelvű használati utasítás | | IGEN | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Cserekészülék biztosítása | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA

1/B. tétel:

Poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel

Készülék megnevezése: alvásvizsgáló készülék

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|---|---------------|---------------------------|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárások: | | | |
| Akkumulátoros tápellátású recorder, max. 300g súly (akkumulátorral együtt) | | IGEN | |
| Legyen fejleszthető On-line üzemmódra. | | IGEN | |
| Vizsgálati csatornák: EEG; EOG; EMG; Áramlás (flow); Horkolás; Mellkasi kitérés; Hasi kitérés; EKG; SpO2; Pulzus ráta; Plethysmogram; PLM; pozíció; mozgás (aktivitás); fény detektálás; paciens marker; nyomásdetektálás (CPAP); vérnyomásmérés (non- invazív) | | IGEN | |
| A készülék legyen alkalmas termisztoros és nyomásváltozásos áramlásmérésre is egy időben (AASM kritérium) | | IGEN | |
| Vizsgálati csatornák száma: min. 30 | | IGEN kérjük megadni | |
| Min. 12 órás felvétel készítésének lehetősége | | IGEN | |
| Multi-night felvétel készítése | | IGEN | |
| Manuális start (azonnali indítás) | | IGEN | |
| Automatikus start (időzített indítás) | | IGEN | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | S=5 | megléte előny nem=1 pont, igen=10 pont | |
| Mintavételi frekvencia min. 128 Hz mely állítható az alábbi csatornában: Flow, Horkolás Aktivitás (X, Y, Z irányú) PLM | | IGEN kérjük megadni | |
| BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | S=5 | megléte előny csak egy érték: 1 pont, mindkét érték: 10 pont | |
| Mintavételi frekvencia min. 256 Hz mely állítható az alábbi csatornában: EEG EOG EMG EKG | | IGEN kérjük megadni | |
| Digitális jelfeldolgozás min. 16 bit | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| | | | |
| Elemző szoftver automatikus elemzésre, és manuális elemzésre | | IGEN | |
| Elemzés a felvétel közben is lehetséges | | IGEN | |
| Nyers felvétel (RAW) megjelenítése manuális elemzéshez | | IGEN | |
| Az elemzési paraméterek módosíthatók | | IGEN | |
| Automatikus jkv. készítés | | IGEN | |
| Különböző jkv. típusok konfigurálhatók, menthetők | | IGEN | |
| A szoftver rendelkezzen adatbáziskezelési archiválási funkcióval | | IGEN | |
| Az adatok expotálhatók (pl. EXCEL, ASCII, SPSS, EDF, ...) | | IGEN kérjük megadni | |
| Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | S = 5 | megléte előny kérjük megadni Egyéb = 1 pont, Li-Ion = 10 pont | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| A készülék mérete | | kérjük megadni | |
| Súly | | kérjük megadni | |
| | | | |
| Titraláshoz alkalmazható készülék: | | 1 db | |
| CPAP, BiPAP üzemmód | | IGEN | |
| Távkezelhető más helyiségből | | IGEN | |
| A terápiás nyomás változtatható a terápia megszakítása nélkül | | IGEN | |
| Integrált fűtött párasító egység, fűtött levegő csővel | | IGEN | |
| | | | |
| Szállítási terjedelem: | | | |
| készülék PSG | | 1 db | |
| Készülék programozó és analízáló szoftver | | 1 db | |
| szenzorkészlet a vizsgálati csatornához | | 1 készlet | |
| Akkumulátortöltő | | 1 db | |
| Akkumulátor | | 2 készlet (1 készlet annyi akkumulátor tartalmaz amennyi 1 vizsgálat elvégzéséhez szükséges) | |
| Titraló készülék fűtött párasítóval, csővel | | 1 db | |
| Távkezeléshez szükséges kiegészítők a titraló készülékhez | | 1 készlet | |
| Orr-száj maszk 3 méretben, sterilizálható | | 1-1-1 db | |
| | | | |
| Magyar nyelvű használati utasítás | | IGEN | |
| | | | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Cserekészülék biztosítása | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |

| | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

2. rész – LÉGZÉSI INTENZÍV LABOR

2/A. tétel:

Transzportra is alkalmas noninvazív lélegeztető készülék tartozékokkal

Készülék megnevezése: Könnyű, mobilizálható saját akkumulátorral is rendelkező noninvazív lélegeztető készülék

Igényelt mennyiség: 2 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|--|---------------|--|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárások: | | | |
| Hordozható, kis súlyú, és méretű készülék, noninvazív készülék beépített akkumulátorral | | IGEN | |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | | IGEN | |
| A készülék oximetriával rendelkezik | S =5 | előny nem = 1 pont, igen = 10 pont | |
| A készülék FiO szenzorral rendelkezik | | IGEN | |
| Külső levegőcsatlakozást nem igényel | | IGEN | |
| A készülék tömege akkumulátorral max. 3 kg | | IGEN | |
| Külső akkumulátor csatlakozási lehetőség | | IGEN | |
| Oxigén csatlakoztatás a készülékre | | IGEN | |
| Magyar nyelvű kezelőfelület | | IGEN | |
| Grafikus kijelző | | IGEN | |
| Valós idejű monitorozás a készüléken | | IGEN | |
| | | | |
| Invazív funkcióval is rendelkezik | | IGEN | |
| Fűtött párasító egység integráltan alkalmazható (egy egységet képez a csatlakoztatás után) | | IGEN | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | | | |
| Lélegeztetési módok: | | | |
| Nyomásvezérelt üzemmódok: CPAP, BiPAP -Spontán, -Spontán/időzített, -Időzített | | IGEN | |
| Nyomás támogatott szabályozás (PAC) | | IGEN | |
| Volumengarantált üzemmód (VAPS) | | IGEN | |
| Alvoeláris volumenre történő lélegeztetés | S = 5 | előny nem = 1 pont, igen = 10 pont | |
| | | | |
| Beállítható paraméterek: | | | |
| Légzési frekvencia min. 5-60 / perc | | IGEN kérjük megadni | |
| Belégzési idő (Ti.) min. 0,2-4 sec | | IGEN kérjük megadni | |
| Vtidal volumen min. 50-2500ml | | IGEN kérjük megadni | |
| CPAP nyomás min. 4-20 cmH2O | | IGEN kérjük megadni | |
| Belégzési nyomás IPAP min.4-30 cm H2O | | IGEN kérjük megadni | |
| Kilégzési nyomás EPAP min.2-25 cmH2O | | IGEN kérjük megadni | |
| Nyomás támogatás PS min. 0-30 cm H2O | | IGEN kérjük megadni | |
| Perc ventiláció MV min. 1-60 L/perc | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| Állítható belégzési trigger min 5 fokozatban | | IGEN kérjük megadni | |
| Állítható kilégzési lefutási érzékenység min. 5 fokozatban | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| | | | |
| Valós idejű monitorozott paraméterek: | | | |
| Nyomás / áramlás | | IGEN | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| Szivárgás | | IGEN | |
| Vt | | IGEN | |
| MV | | IGEN | |
| RR | | IGEN | |
| | | | |
| Riasztások: | | | |
| légzőköri csatlakozás hiba | | IGEN | |
| zárt cső, maszk | | IGEN | |
| magas nyomás | | IGEN | |
| alacsony nyomás | | IGEN | |
| alacsony percventilláció (MV) | | IGEN | |
| magas respirációs ráta (RR) | | IGEN | |
| alacsony respirációs ráta (RR) | | IGEN | |
| alacsony FiO2 | | IGEN | |
| magas FiO2 | | IGEN | |
| magas szivárgás | | IGEN | |
| apnoe | | IGEN | |
| akkufesz. alacsony | | IGEN | |
| akkumulátor kimerült | | IGEN | |
| rendszerhiba (készülékhiba) | | IGEN | |
| | | | |
| A riasztás hangereje szabályozható | | IGEN | |
| | | | |
| Adattárolás, megjelenítés: | | | |
| Általános terápiás adatok megjeleníthetők: szivárgás MV Vtidal RR | | IGEN | |
| A terápiás adatok a készülékből letölthetők, letárolhatók PC-re | | IGEN | |
| Eseménytárolás: min. az alábbiak: -paraméterezés változtatások -riasztások -egyéb (pl. rendszer események) | | IGEN | |
| Esemény tárolás min 200 esemény típusonként | | IGEN kérjük megadni | |
| | | | |
| Beépített akkumulátor üzemideje min. 1.5 óra | | IGEN kérjük megadni | |
| A készülék mérete | | kérjük megadni | |
| Súly | | kérjük megadni | |
| | | | |
| Szállítási terjedelem: | | | |
| készülék beépített akkumulátorral | | 1 db | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Fűtött párasító egység | | 1 db | |
| Tartós használatú szaturációs szenzor (amennyiben értelmezhető) | | 1 db | |
| FiO szenzor szereléssel | | 1 db | |
| Orr-száj (Full-Face) maszk 3 méretben | | 1-1-1 db | |
| | | | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

2. rész – LÉGZÉSI INTENZÍV LABOR

2/B. tétel:

Hordozható betegőrző monitor

Készülék megnevezése: Hordozható betegőrző monitor

Igényelt mennyiség: 2 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|--|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárások: | | | |
| Éjjellátó készülék kompatibilitás | | Igen | |
| Fekete burkolat | | Igen | |
| Súly | | Max. 1,5 kg | |
| Méret hordozó füllel max. | | 200x210x100 mm | |
| Akkumulátoros kivitel | | Igen | |
| Akkumulátoros üzemmód | | Min. 4 óra működés akkumulátorról | |
| Kijelző | | Min. 7", színes, érintőképernyős TFT | |
| Szabadon konfigurálható kezelőfelület | | Igen | |
| Forgatógomb és érintőképernyő vezérelt kezelés | | Igen | |
| Menüorientált, könnyű kezelhetőség | | Igen | |
| Magyar nyelvű készülék szoftver | | Igen | |
| Intelligens riasztás és tárolás | | Igen | |
| Nővérhívó gomb | | Igen | |
| Felnőtt/gyermek/csecsemő monitorozásra | | Igen | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| Monitorozott görbék | | | |
| EKG | | Min. 7 csatorna | |
| Plethismogram (SPO2-ről) | | Igen | |
| Légzésgörbe | | Igen | |
| Vérnyomásgörbe | | Igen | |
| Egyidejűleg megjeleníthető görbék száma | | Min. 5 | |
| Egyidejűleg megjeleníthető EKG görbék száma | | Min. 4 | |
| Monitorozási sebesség | | 12,5; 25; 50 mm/s | |
| | | | |
| Mért és számított paraméterek | | | |
| 7 EKG elvezetés | | Igen | |
| Szívfrekvencia 20-300 | | Igen | |
| Légzésszám 3-150 | | Igen | |
| Hőmérséklet folyamatos mérése 2 csatornán 0-50°C | | Igen | |
| SPO2 70-100% | | Igen | |
| Noninvazív systole / diastole 20-240 Hgmm | | Igen | |
| Mért értékek trendjének grafikus megjelenítése | | Igen | |
| | | | |
| Min. 3 riasztási szint minden paraméterre | | Igen | |
| | | | |
| Tárolás | | Igen | |
| Utolsó min. 100 esemény paraméterei | | Igen | |
| Min. 72 órás trendtárolás minden paraméterre | | Igen | |
| Utolsó min. 4 perc görbéinek tárolása - visszanezése | | Igen | |
| Központ kapcsolat | | Igen | |
| | | | |
| Bővíthetőség lehetősége | | | |
| Kapnográf EtCO2/légzésszám | | Igen | |
| Készülékhez direkt csatlakoztatható hőprinter | | Igen | |
| Gördíthető műszerkocsi fékezhető kerekekkel, tartozéktartó kosárral | | Igen | |
| Fali konzol állítható magassággal és dőlésszöggel | | Igen | |
| | | | |
| Egyéb követelmények | | | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. rész - BRONCHOLÓGIAI LABOR

3/A. rész:

Videóbronchoszkópos torony

(Amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor) 1db, fényforrás 1db, monitor 1db, készüléktartó állvány 1db, terápiás videóbronhoszkópok 2db)

Készülék megnevezése: Videóbronchoszkópos torony

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|--|---------------|---|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: | | | |
| | | | |
| Központi vezérlő egység (processzor): | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| HDTV felbontású képminőség előállítása | | Igen | |
| HDTV kimenő jelek | | Igen | |
| Színállítási lehetőség | | Igen | |
| Fehéregyensúly beállítási lehetőség | | Igen | |
| | | | |
| Magyar nyelvű menürendszer megléte | S=2 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont | |
| Beépített elektronikus képnagyítási lehetőség zoomolás által | | Igen min. 1,5-szeres nagyítás | |
| Képkimerevítési funkció | | Igen | |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| Adat és képmentési lehetőség cserélhető és hordozható USB memórián | | Igen | |
| A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan | S=2 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont | |
| Fényforrás | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| Xenon égő a legjobb megvilágítás érdekében | | Min. 300 W-os | |
| Beépített vészhelyzeti égő, automatikus bekapcsolással | | Igen | |
| Fényerő szabályozási lehetőség manuálisan és automatikus szabályozással is. | | Igen | |
| Lámpa készenléti (stand-by) funkció kapcsolási lehetőség | | Igen | |
| A vizsgált terület érezettségének kiemelt megjelenítésére szolgáló fényszűrő funkció (virtuális chromoendoszkópia), amely elősegíti az elváltozások jobb megjelenítését | | Igen | |
| A fényszűrő funkció tényleges optikai szűréssel valósul meg. | S=5 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont | |
| Billentyűzet | | Igen | |
| Monitor | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| Színes, a vonatkozó szabványoknak megfelelő medikai kivitelű HDTV felbontású LCD monitor | | Min. 1920 x 1080 pixel felbontás | |
| Képatló | | Min. 26" | |
| Bemenő csatornák: | | Min. 4 db | |
| Készüléktartó állvány: | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |

| | | | |
|---|-----|---|--|
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| Speciális endoszkóp állvány | | Igen | |
| Polcok száma | | Min. 3 db | |
| 4 db kerék, amelyből 2 db fékezhető | | Igen | |
| Endoszkóp felfüggesztő kar | | Min. 2 db eszközhöz | |
| Hálózati csatlakozó sáv | | Igen | |
| Leválasztó biztonsági transzformátor | | Igen | |
| | | | |
| Terápiás HDTV videóbronchoszkópok | | 2 db | |
| A HDTV szabványnak megfelelő felbontású képminőség | | Igen | |
| Látószög: | | Min 120° | |
| Bevezető cső külső átmérő: | | Max 6,0 mm. | |
| Hajlíthatóság, min | | | |
| - fel | | 180° | |
| - le | | 130° | |
| Munkacsatorna átmérő | | Min 2,8 mm | |
| Munkahossz | | Min 600 mm | |
| Forgató kontrollgomb a bevezető cső elforgatására a markolat mozdítása nélkül | S=5 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont | |
| Tartozékok: szívószelepek, biopsziás szelepek, tisztító szerelék | | Igen | |
| | | | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| Cserekészülék biztosítása | | 2 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása. Igen | |
| | | | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

3. rész - BRONCHOLÓGIAI LABOR

3/B. rész:

Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS)

Készülék megnevezése: Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS)

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|--|---------------|---------------------|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: | | | |
| Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés (ultrahangos processzor) | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| Az ultrahangos bronchoszkóp ultrahang képének előállítására szolgáló berendezés | | Igen | |
| | | | |
| Kisméretű, endoszkópos állványba helyezhető kivitel. | | Igen | |

| | | | |
|--|------|---|--|
| Az elektronikus szkennelés frekvenciái Min 4 különböző, az 5-12 MHz tartományban | S=5 | Min 4 különböző, max 5 különböző frekvencia, vagy e fölötti, az 5-12 MHz tartományban. Kérjük megadni! A nagyobb érték a jobb. | |
| Üzem módok: | | B, color flow mód (doppler), powerflow mód (doppler) | |
| Terápiás videóbronchoszkópok munkacsatornájába vezethető ultrahangos szondák (probes) csatlakoztathatósága, későbbi bővítéshez | S=2 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont. | |
| Range: | | Min 6 érték, min 2-12 cm | |
| Mérési lehetőségek: | | Távolság, átmérő, terület | |
| Fókusz | | Allítható számú és helyű | |
| CINE memória: | | Min 160 kép, | |
| Képtárolás különféle képformátumokban | | Igen, min 2 félé, pl. BMP, JPEG | |
| Belső memória és külső digitális csatlakozási lehetőség | | Igen | |
| Ultrahangos endoszkópok csatlakoztatási lehetősége | | Igen | |
| Közös billentyűzet a videóbronchoszkópos torony vezérlőegységével, egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető | S= 5 | Kérjük megadni! Igen válasz: 10 pont, nem válasz: 1 pont. | |
| Ultrahangos bronchoszkóp | | 1 db | |
| Gyártó: | | Kérjük megadni | |
| Megajánlott típus: | | Kérjük megadni | |
| Csatlakoztatható legyen a most beszerzendő videóbronchoszkópos toronyhoz, az endoszkópos kép megjelenítése céljából | | Igen | |
| Az eszköz optikai (endoszkópos) látószöge | | Min 80° | |

| | | | |
|--|-----|---|--|
| Az eszköz hajlíthatósága, min | | | |
| - fel | | 120° | |
| - le | | 90° | |
| A bevezető cső külső átmérője: | | Max. 6,5 mm | |
| Munkahossza: | | Min 600 mm | |
| A munkacsatorna átmérője. | S=5 | Min 2,0 mm, max 2,5 mm, vagy e fölötti Előny a nagyobb. Kérjük megadni! | |
| Az ultrahang látószöge: | | Min 60° | |
| Ballonos módszer használata a megfelelő kontaktushoz | | Igen | |
| Tartozékok: szívószelepek, biopsziás szelepek, tisztító szerelék | | Igen | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| Cserekészülék biztosítása | | 2 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása. Igen | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

3. rész - BRONCHOLÓGIAI LABOR

3/C. rész:

Videópleuraszkóp thoracoscopos tálcával

Készülék megnevezése: Videópleuraszkóp

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|---|---------------|---------------------|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Elvárt műszaki paraméterek és tartozékok: | | | |
| | | | |
| Videópleuraszkóp | | 1 db | |
| Csatlakoztatható legyen a most beszerzendő videóbronchoszkópos toronyhoz, az endoszkópos kép megjelenítése céljából | | Igen | |
| Látószög: | | Min 120° | |
| Bevezető cső külső átmérő: | | Max 7,0 mm. | |
| Hajlíthatóság, min | | | |
| - fel | | 160° | |
| - le | | 130° | |
| Munkacsatorna átmérő | | Min 2,8 mm | |
| Munkahossz | | Min 250 mm | |
| Autoklávozható kivitel | | Igen | |
| Tartozékok: szívószelepek, biopsziás szelepek, tisztító szerelék | | Igen | |
| Komplett thorakoszkópos tálcával | | Igen | |
| | | | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| | | | |
| Cserekészülék biztosítása | | 2 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása. Igen | |
| | | | |
| | | | |

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOK

4. rész

Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék

Készülék megnevezése: Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék

Igényelt mennyiség: 1 db

A készülékkel szemben támasztott követelmények

| Műszaki paraméterek | Súly- szám | Minimum feltétel | Ajánlattevő válaszai |
|---|---------------|---|-------------------------|
| Ajánlattevő neve: | | Kérjük megadni | |
| Gyártó neve: | | Kérjük megadni | |
| Származási ország: | | Kérjük megadni | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| A megajánlott készülék piaci bevezetésének éve (Előny a minél újabb készülék) | 2 | Kérjük megadni! 2011- 2014. év közötti, vagy ennél újabb | |
| | | | |
| A készülék kivitele | | | |
| A készülék állványos, gördíthető | | Igen | |
| A kezelőpult oldalirányban elfordítható, magasság állítható | | Igen | |
| TGC potenciométerek száma min.8 | | Igen, kérjük megadni | |
| Trackball a felhasználó által szerszám nélkül kivehető, tisztítható | | Igen | |
| Monitor | | | |
| Beépített LED háttérvilágítású, villogásmentes LCD monitor | | Igen | |
| Monitor átmérője, min.: 19"-os | | Igen, Kérjük megadni | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Oldalirányokban elfordítható, magassági és mélységi irányokban a géptesttől, kezelőfelülettől függetlenül állítható, dönthető monitor | | Kérjük megadni | |
| Érintőképernyős vezérlés | | Igen | |
| Érintőképernyő mérete, min 8 ''-os | | Igen | |
| Vizsgálati Területek | | | |
| Általános radiológiai | | Igen | |
| Általános lágyrész | | Igen | |
| Egyéb alkalmazási területek | | Kérjük megadni | |
| | | | |
| Technológia, működési jellemzők | | | |
| Digitális beamformer | | Igen | |
| Rendszer dinamika tartomány min. 220 dB | | Igen, Kérjük megadni, | |
| Lépésenként állítható dinamika tartomány | | Igen Kérjük megadni az értéket | |
| Képképzési frekvencia tartomány min: 2-16 MHz között, képernyőn feltüntetve Előny a nagyobb tartomány megléte | 2 | Kérjük megadni! Min 2-16 Mhz közötti, max 1-18 Mhz közötti vagy ennél nagyobb tartomány | |
| Szűrkeségi fokozatok száma Min. 256 | | Igen, Kérjük megadni | |
| Vizsgálati mélység, min. 2,5 – 32 cm | | Igen, Kérjük megadni | |
| Lehetséges fókuszos zónák száma min: 8 db | | Igen, Kérjük megadni | |
| Nagyítás élő és cine memóriából visszajátszott képen Min. 5x –os zoom | | Igen, Kérjük megadni | |
| Kép (CINE) memóriából való visszatöltésének maximális száma, Min. 900 kép | | Igen, Kérjük megadni | |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| Gyári presetek száma Min: 30 db | | Igen Kérjük megadni | |
| Felhasználó által beállítható presetek száma Min. 50 db | | Igen, Kérjük megadni | |
| Adaptív képalkotási eljárás a zajcsökkentés, kontúrkiemelés céljából | | Igen, Kérjük megadni | |
| Nyers ultrahang adat tárolási lehetőség | 1 | Kérjük megadni | |
| Képtimalizálás egy gombnyomással | | Kérjük megadni | |
| Alkalmazható üzemmódok | | | |
| 2D | | Igen | |
| Color Doppler | | Igen | |
| Power Doppler | | Igen | |
| Írányfüggő Power Doppler | | Igen | |
| PW Doppler | | Igen | |
| CW Doppler | | Igen | |
| THI képalkotás | | Igen | |
| Kontraszt harmonikus képalkotás | | Igen | |
| Duplex | | Igen | |
| Realtime compound technika alkalmazása | | Igen | |
| Trapezoid képalkotás lineáris fejen | | Igen | |
| 2D üzemmód | | | |
| Frame rate: Min.: 600 kép/sec max. 1000 kép/sec és az 1000 kép/sec feletti megajánlás is 10 pont Előny a nagyobb! | 3 | Kérjük megadni! Min.: 600 kép/sec max. 1000 kép/sec, vagy e fölötti | |
| Színezhető 2D kép | | Igen | |
| Választható színek száma | | Kérjük megadni | |
| Dual és Split megjelenítés | | Igen | |
| Automatikus képtimalizálás egy gomb megnyomásával | | Igen | |
| Color Doppler | | | |
| Color map-ek száma Min. 10 db | | Igen, Kérjük megadni | |
| Változtatható frekvenciák velocity módban | | Igen | |
| A Color ablak méretének rögzíthetősége a presetben | | Igen | |
| PW | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Fokenkénti szögkorrekció Előny a nagyobb tartomány, min. tartomány 0-85 fokig | 2 | Igen, Kérjük megadni a tartományt! Min. tartomány 0-85 fokig, max. tartomány 0-90 fokig, vagy e fölötti tartomány | |
| Mintavételi kapu mérete Min. 0,5 - 20 mm | | Igen, Kérjük megadni | |
| Választható 2D/Doppler képernyő felosztás Min. 3 fajta | | Igen, Kérjük megadni | |
| Doppler spektrum színezhető | | Igen | |
| Választható Doppler spektrum színek száma Min. 6 db | | Igen | |
| PW kép a teljes képernyőn | | Igen | |
| Automatikus Doppler Spektrum optimalizálás egy gombnyomással | 1 | Kérjük megadni | |
| Automatikus Doppler spektrum kalkuláció realtime és freeze módban is | | Igen | |
| Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás, abból folyamatos paraméterszámítás | 2 | Kérjük megadni | |
| PRF beállítható legkisebb értéke Max. 1 kHz | | Igen, Kérjük megadni | |
| PRF beállítható legnagyobb értéke Min. 25 kHz | | Igen, Kérjük megadni | |
| | | | |
| Vizsgálófejek | | | |
| Egy időben csatlakoztatható aktív képalkotó vizsgálófejek száma (Amelyeket elektronikusan lehet váltani a kezelőfelületről) Min. 3 db | | Igen, Kérjük megadni | |
| THI üzemmód minden vizsgálófejen | | Igen | |
| | | | |
| Konvex vizsgálófej felnőtt radiológiai vizsgálatokhoz | | | |
| Pontos típusa | | Kérjük megadni | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Multifrekvenciás vizsgálófej Frekvencia tartomány: Min.: 2-6 MHz | | Igen, Kérjük megadni a frekvencia tartományt | |
| Kristályok száma a vizsgálófejben Min. 128 | | Igen Kérjük megadni | |
| Vizsgálati mélység Min: 50 - 300 mm | | Igen Kérjük megadni | |
| | | | |
| Lineáris vizsgálófej | | | |
| Pontos típusa | | Kérjük megadni | |
| Nagy érzékenységű multifrekvenciás vizsgálófej Teljes frekvencia tartomány: Min.: 5-13 MHz | | Igen, Kérjük megadni a frekvencia tartományt | |
| Vizsgálati mélység Min: 25 - 100 mm | | Igen Kérjük megadni | |
| Kristályok száma a vizsgálófejben Min. 128 | | Igen, Kérjük megadni, Előny a több | |
| | | | |
| | | | |
| Mérések | | | |
| Általános radiológiai mérések | | Igen Kérjük megadni | |
| Általános lágyrész mérések | | Igen Kérjük megadni | |
| | | | |
| Digitális archiválás | | | |
| Képtárolás | | Igen, Kérjük megadni | |
| Álló, mozgó felvételek megjelenítése osztott formátumban | | Igen | |
| Külső DVD-író csatlakoztatható | | Igen | |
| Minimum 250 GB beépített merevlemez | | Igen, Kérjük megadni | |
| Ethernet csatlakozás lehetősége | | Igen | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| USB csatlakozási lehetőség | | Kérjük megadni a portok számát és a verziókat | |
| Egyéb háttértár csatlakozási lehetőség | | Kérjük megadni a portok típusát, számát és a verziókat | |
| Fekete-fehér video printer csatlakoztatása | | Igen | |
| Szerviz és garanciális feltételek | | | |
| Szerviz címe | | Igen | |
| 24 órás szerviz-szolgálat | | Igen | |
| Szerviz címe, telefonszáma munkaidőben | | Kérjük megadni | |
| Munkaidő | | Kérjük megadni | |
| Szerviz telefonszáma ügyeleti időben | | Kérjük megadni | |
| Ügyeleti időszak | | Kérjük megadni | |
| Szerviz reakció ideje max. 24 óra | | Igen Kérjük megadni | |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma Min. 1 szakirányú mérnök | | Igen, Kérjük megadni | |
| Karbantartás gyakorisága | | Kérjük megadni | |
| Alkatrész utánpótlás módja | | Kérjük megadni | |
| Garanciális időben a karbantartás és egyéb szolgáltatások ingyenesek | | Igen | |
| Szoftverfrissítés | | | |
| A készülék teljes működési ideje alatt ingyenes, a garanciaidő lejártá után is | | Kérjük megadni | |
| Cserekészülék biztosítása | | 2 kieső munkanap esetén cserekészülék biztosítása. Igen | |
| | | | |
| | | | |

IV. Fejezet

SZERZŐDÉS

1-4. részekre vonatkozóan

Az eljárás nyertese(i) az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében specifikált áru(k) leszállítását az alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

mely létrejött egyrészről a

- * **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű
(8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.)
Képviseli: Dr. Medgyasszay Balázs főigazgató
Adószám: 15426211-2-19
Számla sz.: 10048005-00317698-00000000**

- a továbbiakban: Vevő -

másrészről a

- * _____ (_____)

**Képviseli:
Cégjegyzékszám:
Cégbíróság:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Számlasszám:**

- a továbbiakban: Eladó-

- a továbbiakban együttesen: Szerződő felek -

között az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján uniós, nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le a **TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat alapján „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” megnevezésű projekt keretében** különféle gyárilag új diagnosztikai készülékek beszerzésére.

A teljesítés magában foglalja, a gyárilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését, 5 napos próbaüzem megtartását, valamint a kezelő személyzet betanítását.

Eladó, aki az Ajánlati Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áru(k) tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:

1./ **Szerződés tárgya:**

- 1.1. A szerződés tárgya a Vevő által közzétett a 2015. augusztus 10.-i keltezésű Ajánlati Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében megnevezett és specifikált diagnosztikai készülék(ek) - a továbbiakban: áru(k) – adásvétele, valamint a jelen szerződésben részletezett kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. *(Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint kerül véglegesítésre 1-4 részekre vonatkozóan)*

A teljesítés magában foglalja, a gyárilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését, az 5 napos próbaüzem megtartását, és a kezelő személyzet betanítását.

- 1.2. Az Eladó által szállítandó áru(k)nak meg kell felelniük a 1. számú melléklet szerinti specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban, orvosszakmai kérdőívben szerepelnek.

2./ **Szerződéses érték:**

- 2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg nettó- HUF + ÁFA azaz nettó- HUF + ÁFA, mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az áru(k), valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. Ezen összesen felül Eladót semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg.

A tételes árakat a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Eladó által megadott szerződéses árak az Eladó számára a **szerződés időtartama alatt kötöttek** tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között sem változtathatóak meg.

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3./ **Fizetési mód, kötbér:**

- 3.1. Vevő a szerződés ellenértékét, az áru(k)nak a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását, valamint üzembe helyezését és az 5 napos próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadását követően, az Eladó által kiállított, a Vevő általi befogadásra alkalmas számla, valamint Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladónak a-nél vezetett, számú számlájára történő átutalással fizeti meg a **Kbt. 130. § (1) (4) és (6) bekezdéseiben** megadottak szerint.

A számla kifizetése a Kbt. 130. § (1) (4) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik.

Az elszámolás HUF-ban történik.

Vevő a leszállításra kerülő gép ellenértékét, Eladó által a szerződés 4.2. pontjában rögzítettek maradéktalan teljesítését követően, a Kbt. 130. § (1) (4) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, az üzembe helyezést, valamint az 5 napos próbaüzemet követően kiadott teljesítésigazolás alapján Eladó által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Eladó az előleg, jogszabály adta igénylésének lehetőségén túlmenően egy darab végszámla benyújtására jogosult.

Az igényelt előleg elszámolása a szerződés teljesítésekor, azaz átadás-átvételkor válik esedékessé Eladó számára, és összege, Vevő által, a végszámlából levonásra kerül.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés alapján a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a hatálya alá esik.

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Vevő rögzíti, hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételét követő naptól számítandó.

Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. pontjában megadottak szerint, a **Ptk. 6: 155. § (1) – (2)** bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű **késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles.**

- 3.2. A Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

Minden rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses árára vetített 1%, legfeljebb azonban a teljes nettó, szerződéses érték 20 (húsz) százalékának megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles.

A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

Hibás teljesítési kötbér: Ajánlatkérő minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap után, a hibás teljesítés időpontjától a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig, az érintett készülék, szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenérték 1 %-a/naptári nap mértékű hibás teljesítési kötbér vállalását írja elő. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig érvényesíti. A 20 napot meghaladó hibásteljesítés esetén -a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó Ajánlatkérői igényeket nem érintve – az Ajánlatkérő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést az Ajánlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.

Hibás teljesítésnek minősül: Amennyiben a leszállított berendezés a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, meghibásodik, vagy nem felel meg az ajánlatkérő ajánlatában foglalt paramétereknek.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a készülék szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenértékének 30 %-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha

- az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja
- a teljesítés kizárólag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el
- a késedelem vagy a hibás teljesítés eléri a 20 napot.

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:

- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő (azaz szállítás, üzembe helyezés, próbaüzem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon belül nem tudja az üzembe helyezést és a próbaüzemet megkezdeni.

A Ptk. 6:186 § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni **a jelen közbeszerzési eljárás eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét.**

A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékeként.

A Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján, amennyiben Eladó a teljesítés során előleget igényel, az erre vonatkozó biztosítéknak, a szerződésben foglalt feltételek szerint, az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell állnia.

4.) **Áruszállítási feltételek és határidők:**

4.1. Eladó az árukat a „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja le Vevő részére.

Teljesítés helye: Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.)

4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követően **legkésőbb 30 napon belül leszállítja, üzembe helyezi és további 5 napos próbaüzemet követően átadja Vevő részére.**

4.3. Eladó részszállításra kizárólag a Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult.

4.4. Eladó az áru(k) tervezett leszállítását és üzembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést küld Vevő részére.

Eladó a fenti értesítést olyan időpontban tartozik megküldeni Vevőnek, hogy a szállítási határidő betartható legyen.

5.) **Csomagolás:**

- 5.1 Eladó az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek.

6.) **Az áruk átvétele és tárolása:**

- 6.1. Az áru(k) leszállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk fuvarszekélyből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Eladó kötelezettsége.

A fentieknek megfelelően a szállítmány bontását - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően az Eladó szakemberei végzik Vevő jelenlétében.

A szállítmány bontása során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó az üzembe helyezésre előírt határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni.

- 6.2. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint leszállított áruk tekintetében biztosítja Eladó számára az áruk fuvarszekélyből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét.

Az áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése tárgyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót terheli.

7.) **Üzembe helyezés:**

- 7.1. Eladó az áruk leszállítását követően azok üzembe helyezését azonnal megkezdi.

- 7.2. Eladó és Vevő köteles az áruk üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett berendezés tartozékainak tételes jegyzékét, az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat.

Az üzembe helyezést követő 5 napos próbaüzem sikeres befejezéséről felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítése szempontjából irányadó időpontnak, amikor Vevő a szerződés tárgyát képező áru(k)at mennyiségileg és minőségileg átveszi és a teljesítésről szóló igazolást az Eladónak átadja. Vevő kizárólag üzemszerű használatra alkalmas készülék birtokba vétele esetén ad ki teljesítésigazolást.

- 7.3. Eladó az áru(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényét rögzítő jegyzőkönyvi átadásakor köteles 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet

csatolni. Az áru(k) jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában Vevő jogosult megtagadni.

- 7.4. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő megfelelő szakismerettel rendelkező orvosait és asszisztenseit az üzembe helyezés befejezéséig kiképzik az áru(k) rendeltetésszerű használatára. A képzést, készülékenként 2 fő orvos és 2 fő asszisztens részére, 5 napon át, a próbaüzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani.

8.) **Garancia:**

- 8.1. **Teljeskörű garancia:** A teljeskörű garancia időtartama a sikeres üzembe helyezést követő jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számított **hónap**. *(Nyertes ajánlattevő vállalása szerinti jótállási időszak kerül megjelölésre!)*

A kötelező teljeskörű garancia időtartama az üzembe helyezés napjától számított **hónap** valamennyi eszközre. A garanciális időszak alatt Eladó nem számlázhat sem karbantartási sem javítási költséget, és alkatrész-költséget sem. (a természetes használat során elhasználódó továbbá meghibásodó alkatrészek kivételével)

Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével áruként megnövekszik a garanciaidő.

- 8.2. A garancia magában foglalja az árunak a gyártómű által előírt folyamatos karbantartási munkáinak díjmentes ellátását is a garanciaidőn belül. Ezen időszakban semmilyen költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, az orvosi műszerek és informatikai berendezésekhez szükséges alkatrész díja stb.) nem számolható fel.

- 8.3. Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű, kellő számú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biztosítva) rendelkező szervizt tart fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladó-saját választása szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

Eladó a garanciális kötelezettség teljesítése során biztosítja, hogy szakemberei a hibabejelentéstől számított 24 órán belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a lehető leggyorsabban befejezik azt, beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is.

Ennek megfelelően Eladó az áru(k) tartalékalkatrész-ellátását úgy tartozik megszervezni, hogy az a hibák gyors kiküszöbölését ne akadályozza.

9.) **Engedélyek, adók, illetékek:**

Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áru(k) rendelkezik a forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel, az áru(k) importból történő beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket az Eladó teljes egészében megfizette.

10.) **Hatálybalépés:**

10.1. Jelen feltételes szerződés a Támogatói Okirat megkötését követően lép hatályba.

A Kbt. 40. § (3) bekezdésben foglaltak alapján Vevő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be.

A Kbt. 40. § (4) bekezdés alapján, a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely okán Vevő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki.

- 10.2. A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig kerül felszámításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.
- 10.3. Amennyiben az Eladó a szerződés hatályba lépését követően, Eladónak felróható okból, szállítási kötelezettségeinek (készülékek leszállítása és üzembe helyezése) teljesítését nem tudja megkezdni, úgy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek összege a teljes nettó szerződéses ár maximum 30%-a.
- 10.4. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 15 napon belül tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:

- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő (azaz szállítás, üzembe helyezés, próbaüzem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.

- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon belül nem tudja az üzembe helyezést és a próbaüzemet megkezdni.

A felmondás, illetve elállás a másik félhez intézett tértivevényes ajánlott levél útján gyakorolható.

- 10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyenek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, munkaügyi viták, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

11./ **Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:**

- 11.1. Eladó **kötelezettsége**, hogy az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint **saját költségére biztosítja** Vevő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áru(k) forgalomba hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
- 11.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

12./ **Egyéb feltételek:**

- 12.1. Jelen szerződés és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel - csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.
- 12.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
- 12.3. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak.
- 12.4. Jelen szerződés 1.-3. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 12.5. Eladó jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 12.6. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 12.7. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
- a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

12.8. A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.9. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

12.10. Az Eladó teljesítésében – kizárólag a Kbt. 128. §-ban foglaltak szerint - **Vevő hozzájárulásával van lehetőség** - az alvállalkozó(k) és szakember(ek), közreműködésére, vagy személyük módosítására. Alvállalkozó(k) és szakember(ek) igénybe vétele esetén Eladó a közreműködőért való felelősség szabályai szerint felel a Vevővel szemben.

13./ **Jogviták:**

13.1. A szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket mindenekelőtt tárgyalásos úton kísérik meg rendezni.

Amennyiben ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, a jogvita eldöntése céljából szerződő felek, perértéktől függően, alávetik magukat a Veszprémi Törvényszék, vagy a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

13.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

13.3. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 132. § alapján, illetve az abban foglalt feltételek fennállása esetén módosítható.

Farkasgyepű, 2015.

Szállító

Vevő

Ellenjegyzem:

További Mellékletek:

Ajánlati felhívás, Ajánlati dokumentáció
Nyertes Ajánlattevő ajánlat

V. FEJEZET
IRATMINTÁK

AJÁNLATI BORÍTÓLAP

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel:

| | |
|--|---|
| Az ajánlat száma és tárgya: | „FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn” |
| Ajánlattevő pontos neve: | |
| Címe: | |
| Telefonszáma: | |
| Telefax száma: | |
| Email címe: | |
| A cég cégjegyzék száma: | |
| Cégbírósága | |
| Statisztikai számjele | |
| Adószáma: | |
| Uniós adószáma: | |
| A számlát vezető bank(ok) neve és számla száma: | |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó személy neve: | |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma: | |
| A tárgyban érintett kapcsolattartó email címe: | |
| Cég hivatalos képviselőjének neve: | |
| Számlavezető Bank és számlaszám: | |

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a közös ajánlattevők esetében.

Kérjük, hogy ezután következzen az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék a következő oldalon.

Ajánlattevői nyilatkozat
(4. sz. Ellenőrző lista szerint)
(Kbt. 58. § (3) bekezdés)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott _____ mint a(z) _____
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű** által **„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”** megnevezéssel indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítéséhez az általam képviselt Ajánlattevő nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ (1) bekezdés, valamint 57.§ (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általa alkalmasságának igazolására igénybe vevő más szervezet sem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés, valamint 57.§ (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.

Dátum 2015.....

cégszerű aláírás

Ajánlattevői nyilatkozat

(3/A. sz. Ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott, _____ mint a(z) _____
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában, a **Kbt. 40. § (1)**
bekezdés a) pontja alapján

n y i l a t k o z o m,

A)

hogyan alvállalkozót az alábbi rész(ek) teljesítéséhez veszünk igénybe:

vagy

B)

hogyan a közbeszerzésnek **nincs olyan része**, melynek teljesítéséhez
alvállalkozót veszünk igénybe.

Kelt: _____, 2015. _____

cégszerű aláírás

Nemleges nyilatkozat is benyújtandó!

Ajánlattevői nyilatkozat
(3/B. sz. Ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott, _____ mint a(z) _____
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában, a **Kbt. 40. § (1) bekezdés b)** pontja alapján

n y i l a t k o z o m,

hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi, a **közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékű alvállalkozókat** vesszük igénybe a megjelölt rész(ek) tekintetében:

| Alvállalkozó(k) megnevezése | A közbeszerzésnek az a része/részei, továbbá %-os aránya, amelynek teljesítésében közreműködik |
|-----------------------------|--|
| | |

Kelt: _____, 2015. _____

cégszerű aláírás

Nemleges nyilatkozat is benyújtandó!

Ajánlattevői nyilatkozat
(3/C. sz. Ellenőrző lista szerint)

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében

**„FT-1054/FARKASGYEPŰ/2015 - ESZKÖZÁLLOMÁNY FEJLESZTÉS ÉS KORSZERŰSÍTÉS
FARKASGYEPŰN”**

Alulírott (név), mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira **támaszkodunk / nem támaszkodunk¹**.

| Azon alkalmassági feltételek (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés igazolására az ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik | Szervezet neve, székhelye² |
|--|--|
| P1 alkalmassági feltétel (pénzügyi intézményi igazolás) | |
| P2 alkalmassági feltétel (közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel) | |
| M1 alkalmassági feltétel (referencia) | |
| M2 (forgalomba hozatali engedély) | |
| M3 (műszaki leírás) | |

¹ Nem kívánt rész törlendő!

² A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.

Továbbá nyilatkozunk a **Kbt. 55. § (6) bekezdés a-c) pontja** alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez, illetve a szerződés teljesítéséhez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk³:

a) nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk⁴

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

| |
|--|
| |
| |
| |

vagy

b) nyilatkozunk, hogy a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához (ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik) felhasználjuk - amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során - az alábbi módon vesszük igénybe:

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

| |
|--|
| |
| |
| |

vagy

c) nyilatkozunk, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak, - a kapacitást nyújtó szervezet a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.⁵

Kelt:

³ Ajánlattevő választása szerint választható az a) vagy b) vagy c) pont. (Kbt. 55. § (6) bekezdés)

⁴ Ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került.

⁵ E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát.

.....
cégszerű aláírás

*Ajánlattevő választása szerint választható az **a)**, vagy **b)**, vagy **c) pont** – a nem releváns rész törlendő / áthúzandó!*

NYILATKOZAT
(15. sz. Ellenőrző lista szerint)

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról⁶

Alulírott, mint a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű**, mint ajánlatkérő által indított, „**FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn**” tárgyú közbeszerzési eljárásban a

..... (név, székhely) (továbbá Szervezet)
nyilatkozattételre feljogosított képviselője ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás

- Ajánlati felhívásának III.2.2. P1 és P2 pontjában⁷ meghatározott pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve
- az Ajánlati felhívás III.2.3. M.1. M.2. M.3. pontjában meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek

a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az Ajánlati felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk.

Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z)
(név, székhely), mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az Ajánlati felhívás III.2.2. P1 és P2 pontjában⁸ illetve az Ajánlati felhívás . III.2.3. M1. M.2. M.3. pontjában előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet által nyújtott kapacitásaira támaszkodjon.

Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen - a szerződés teljesítéséhez szükséges – erőforrások/kapacitások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

⁶ Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlati felhívás 11. pontjának valamely alpontjában meghatározott alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása után közvetlenül csatolják.

⁷ Nem kívánt pont törlendő.

⁸ Nem kívánt pont törlendő.

Ajánlattevői nyilatkozat
(5. sz. Ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott _____ mint a(z) _____
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy az általam képviselt Ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

nem tartozik a törvény hatálya alá.

(A megfelelő válasz aláhúzását kérjük!)

Kelt: _____, 2015. _____

cégszerű aláírás

Ajánlattevői nyilatkozat

(2. sz. Ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn*”

Közjegyző által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, Kapacitást nyújtó szervezet)

1.) Alulírott Ajánlattevő a jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy Cégünkre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok, azaz az alábbiak:

56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

2.) Alulírott Ajánlattevő a jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy Cégünkre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 57. § (1) bekezdése a), b), c), d) e) és f) pontjai szerinti kizáró okok, azaz az alábbiak:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpv. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződészegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

3.) Alulírott Ajánlattevő a jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy Cégünkre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok azaz alábbiak:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

56. § (2) bekezdés:

Alulírott társaság , mint ajánlattevő
melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, / nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,⁹, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

¹⁰ezen személy(ek) vagy szervezet(ek) az alábbia(k):

| |
|--|
| Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. |
| |
| |
| |

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

⁹ Nem kívánt rész törlendő.

¹⁰ **Opcionális – csak akkor kell kitölteni a II. pontot ha, van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amely a részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, egyéb esetben kérjük törölni.**

Budapest, Dátum _____

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Kérjük a nyilatkozat megtételekor vegyék figyelembe a magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében, a Közbeszerzési Hatóság által, a Közbeszerzési Értesítő 57. számában, 2014. május 16.-án közzétett „ A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában ” tárgyú útmutatóra, ill. az ajánlati dokumentáció II.7. pontjában megadottakat.

Ajánlattevőnek a Kbt. 56. § (1) bekezdés f), és i) pontjai továbbá az 57. § (1) bekezdés a)-f) pontjai tekintetében, a kizáró okok fenn nem állásáról, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot kell benyújtani.)

Nyilatkozat
(4 sz./I. Ellenőrző lista szerint)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontja tekintetében / I. ¹¹

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

1. Alulírott (képviseli:
.....) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő¹²
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

2. Alulírott (képviseli:
.....) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő¹³
nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott
tőzsdén jegyeznek.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

*Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) **vagy** az 1. pont, **vagy** a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adatai alapján!*

*Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 1. pont szerint nyilatkozik, a 5. számú melléklet szerint **is nyilatkoznia kell.***

*Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2. pont szerint nyilatkozik, a 5. számú melléklet szerint **nem kell nyilatkoznia.***

¹¹ Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

¹² Nem kívánt rész törlendő!

¹³ Nem kívánt rész törlendő!

Nyilatkozat
(4. sz./II. Ellenőrző lista szerint)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pont kc) alpontja tekintetében / II. ^{14 15}

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

1. Alulírott (képviseli:
.....) mint ajánlattevő/közös ajánlattevő¹⁶
nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott
tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja¹⁷ szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető.

| Valamennyi tényleges tulajdonos neve | Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye |
|---|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

¹⁴Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha a 8. számú melléklet 1. pontja szerint nyilatkozott (ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén).

¹⁵ Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

¹⁶ Nem kívánt rész törlendő!

¹⁷ 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely üzleti megbízást végrehajtanak, továbbá

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléká felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

2.

2.

Alulírott

..... (képviseli:) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) pontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosunknak a vezető tisztségviselő(k) tekintendő(ek), aki(k)nek nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban adjuk meg:

| Neve | Állandó lakóhelye |
|------|-------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

*Ajánlattevőknek (közös ajánlattevőknek) **vagy** az 1. pont, **vagy** a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adatai alapján!*

A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról¹⁸

„FT-1054/Farkasgyepű/2015- Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott (képviseli:) mint Ajánlattevő/közös Ajánlattevő¹⁹ nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai és a 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt²⁰ – igazolásokkal igazolom:

| A Kbt. 56. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében | Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a Ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról) | Székhelye, elérhetősége |
|--|---|--------------------------------|
| 56. § (1) bekezdés a) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés b) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés c) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés d) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés e) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés f) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés h) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés i) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés j) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés k) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés ka) pont | | |
| 56. § (1) bekezdés kb) pont | | |

¹⁸ Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőknek kell kitölteniük és benyújtaniuk – amennyiben vannak.

¹⁹ Nem kívánt rész törlendő.

²⁰ Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban.

| <p align="center">A Kbt. 56. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében</p> | <p align="center">Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a Ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)</p> | <p align="center">Székhelye, elérhetősége</p> |
|--|---|--|
| 56. § (1) bekezdés kc) pont | | |

| <p align="center">A Kbt. 56. § (2) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében</p> | <p align="center">Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a Ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)</p> | <p align="center">Székhelye, elérhetősége</p> |
|--|---|--|
| 56. § (2) bekezdés | | |

| <p align="center">A Kbt. 57. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében</p> | <p align="center">Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a Ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)</p> | <p align="center">Székhelye, elérhetősége</p> |
|--|---|--|
| 57. § (1) bekezdés a) pont | | |
| 57. § (1) bekezdés b) pont | | |
| 57. § (1) bekezdés c) pont | | |
| 57. § (1) bekezdés d) pont | | |
| 57. § (1) bekezdés e) pont | | |
| 57. § (1) bekezdés f) pont | | |

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak alapján a **nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, esetében** az ajánlatkérő a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 56. §-a és 57. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:

a) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *a)–d), f), h)* és *i)* pontja és 57. § (1) bekezdés *a)–c)* pontja esetén az illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;

b) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *e)* pontja esetén a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti köztartozásmentes adózási adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi, amennyiben az ajánlattevő, az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell nyújtani;

c) amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az *a)* vagy a *b)* pont szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az *a)* pontban hivatkozott esetek mindegyikére, az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő, által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

d) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *g)* pontjában foglalt kizáró okok hiányát az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

e) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *j)* pontjára vonatkozóan nem szükséges igazolás vagy nyilatkozat benyújtása, a kizáró ok megvalósulását az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

f) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pontjára vonatkozóan:

fa) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)* alpontja tekintetében az érintett ország illetékes hatósága által kiállított adóilletőség-igazolást;

fb) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontja tekintetében a nem magyarországi adóilletőségű gazdasági szereplő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot;

fc) a Kbt. 56. § (1) bekezdés *k)* pont *kc)* pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzügyről szóló törvény 3. § *r)* pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani;

g) a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn;

h) a Kbt. 57. § (1) bekezdés *d)* pontja esetén a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek árubeszerzés esetében a IX/B. mellékletében, építési beruházás esetében a IX/A. mellékletében, szolgáltatásmegrendelés esetében a IX/C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot;

i) a Kbt. 57. § (1) bekezdés *e)* pontja esetén az engedély vagy a jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást;

j) a Kbt. 57. § (1) bekezdés *f)* pontja esetén az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozatot.

Ahol e rendelet azt kifejezetten nem rögzíti, az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.

Külföldi Ajánlattevő meghatalmazása a nevében történő ajánlat benyújtására (adott esetben)

Tisztelt Ajánlatkérő,

Alulírott(ak) a _____ (az Ajánlattevő cég pontos neve és címe) képviselőjében a szükséges felhatalmazás birtokában teljes jogkörrel eljárva jelen okirattal kifejezetten és visszavonhatatlanul

m e g h a t a l m a z z u k

_____-t (az ajánlatot benyújtó cég/személy pontos neve és címe), hogy nevünkben és képviselőjünkben eljárva az Önök által „**FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn**” megnevezéssel megindított közbeszerzési eljárás keretében az általunk gyártott/forgalmazott _____ (az ajánlott termékek pontos megnevezése) termékek szállítására vonatkozó ajánlatot nyújtson be.

Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása esetén a szerződés nevünkben történő aláírására.

(A meghatalmazásnak értelemszerűen pontosan tartalmaznia kell annak terjedelmét és tételesen a meghatalmazott jogkörét.)

Kijelentjük és visszavonhatatlanul korlátozás nélküli felelősséget vállalunk Önökkel szemben, a jelen meghatalmazás alapján a meghatalmazott által nevünkben tett/aláírt valamennyi jognyilatkozatban/szerződésben foglalt kötelezettség határidőre történő hibátlan teljesítéséért.

Dátum,

Az Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
AZ ÁRBEVÉTELÉRŐL

(Minden megajánlott rész tekintetében külön-külön kérjük kitölteni!)

Alulírott, (név, tisztség) mint a(z) ((cég)név, székhely) ajánlattevő/közös ajánlattevő/erőforrást nyújtó szervezet a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű** mint Ajánlatkérő által lefolytatott „**FT-1054/Farkasgyepű/2015- Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn**” megnevezésű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom **az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozóan a megajánlott rész(ek) tekintetében**, az alábbi részek szerint megjelölt orvosi diagnosztikai eszközök szállításából és/vagy adásvételéből származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételeiről,

1. rész Alvásdiagnosztika,
2. rész Légzési intenzív labor ,
3. rész Bronchológiai Labor ,
4. rész Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék,

| Év | Nettó Árbevétel |
|----|-----------------|
| | |
| | |
| | |

Kelt:(helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

NYILATKOZAT REFERENCIÁRÓL

(7. sz. ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015- *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn*”

Alulírott (képviseli:) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ²¹ az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 évben végzett referenciamunká(i)nk az alábbi(ak) volt(ak):

Minden rész tekintetében: Az ajánlattevő alkalmatlan:

M1. amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszszámított megelőző 3 évben, **a megajánlott rész(ek) tekintetében**, az alábbi részek szerint megjelölt orvosi diagnosztikai eszközök szállításából és/vagy adásvételéből összesen legalább az alábbiakban megadott nettó értékű referenciával.

1. rész Alvásdiagnosztika – 11.000.000,- HUF

2. rész Légzési intenzív labor - 4.500.000 ,- HUF

3. rész Bronchológiai Labor – 54.000.000,- HUF

4. rész Felsőkategóriás hasi ultrahang-diagnosztikai készülék – 5.500.000,- HUF

Az előírt alkalmassági feltétel egy vagy több referenciával is igazolható. Több rész megajánlása esetén, a fentiekben előírt alkalmassági feltétel egy referenciaigazolással is igazolható, amennyiben abból a részenként meghatározott alkalmassági feltétel egyértelműen megállapítható. A benyújtott referenciaigazolásoknak tartalmazniuk kell arra vonatkozó információt, hogy a vonatkozó berendezés üzembe helyezése megtörtént, az igazolást kibocsátó által használatban van.

| | | |
|----|--|--|
| 1. | A szolgáltatás tárgya, megnevezése | |
| | az ellenszolgáltatás nettó összege; vagy a mennyiségre utaló más adat | |
| | a teljesítés ideje, | |
| | a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma, | |
| | nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, | |

²¹ Nem kívánt rész törlendő!

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
(8. sz. Ellenőrző lista szerint)
A FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője a **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű** mint Ajánlatkérő által folytatott „**FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn***” tárgyú eljárásban - büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratok az eredeti iratokról fénymásolás útján készített, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.

Kelt:(helység, év, hónap, nap)

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT

(9. sz. Ellenőrző lista szerint)

AZ IDEGEN NYELVŰ IRATOK MAGYAR NYELVŰ FORDÍTÁSÁRÓL

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője a **Veszprém Megyei Tudógyógyintézet Farkasgyepű**, mint Ajánlatkérő által folytatott „**FT-1054/Farkasgyepű/2015- *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn***” tárgyú eljárásban - büntetőjogi felelőségen tudatában nyilatkozom, hogy az általam a fenti eljárásban ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi irat magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.

Kelt:(helység, év, hónap, nap)

.....
Ajánlattevő cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
(10. sz. Nyilatkozat Ellenőrző lista szerint)

NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS(OK)RÓL²²

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn*”

Alulírott (képviseli:), mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

²² Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)

Ajánlattevői nyilatkozat

**„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés*
Farkasgyepűn”**

Alulírott (képviseli:), mint ajánlattevő kijelentem, hogy a szerződéskötés időpontjára a leszállítandó készülék(ek) karbantartásához és szerviz ellátásához szükséges szervizhátér rendelkezésre fog állni. A jótállás időtartama alatt a szükséges szervizhátér és alkatrészellátás biztosított lesz.

Kelt:

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT
(12. sz. Nyilatkozat Ellenőrző lista szerint)

NYILATKOZAT A CD TARTALMÁRÓL

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”

Alulírott (képviseli:), mint ajánlattevő kijelentem, hogy a hogy a papíralapon benyújtott ajánlat tartalma teljes egészében megegyezik az elektronikusan, pdf. formátumban benyújtott dokumentum tartalmával.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

(13. sz. Ellenőrző lista szerint)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn*”

Alulírott _____ mint a(z) _____
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy a jogszabályban biztosított 30% előleget igénybe vétele esetén a

hogy a szállítói előleg biztosítékeként:

..... (ajánlatkérő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak) kezességvállalásával

vagy

..... (garanciaszervezet)

által vállal kezesség

vagy

..... (Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami) kezesség vállalását veszem igénybe.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdés alapján a közszféra szervezet kedvezményezett a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben a közszféra szervezet kedvezményezett köteles kikötni **a jelen közbeszerzési eljárás eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére** jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti **biztosíték-nyújtás kötelezettségét**.

A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrészrel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása,

vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékként.

A Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján, amennyiben nyertes Ajánlattevő a teljesítés során előleget igényel, az erre vonatkozó biztosítéknak, a szerződésben foglalt feltételek szerint, az előlegbekérő dokumentum benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre kell állnia.

A Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti biztosíték határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

A Kbt. 126. § (6) bekezdés *a)* pontja szerint előírja, a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatók óvadékként az előírt pénzeszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával

A szállítói előleg biztosítékként teljesített befizetés bizonylata vagy a jelen pontban meghatározott egyéb más okirat, amellyel a Szállító a szállítói előleg biztosítékának nyújtását hitelt érdemlően bizonyítja, jelen szerződés számú mellékletét képezi.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Együttműködési megállapodás (minta)²³ (Adott esetben)

„FT-1054/Farkasgyepű/2015 - *Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn*”
..... (név, székhely) részvételre
Ajánlattevő

..... (név, székhely) részvételre
Ajánlattevő

(továbbiakban: Felek) között,

A **Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű** által, tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban - a későbbi együttműködési megállapodás fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselés:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére, az ajánlat aláírására)
(cégnév) részéről (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviselőjében a kapcsolattartásra a (cégnév) (név)
teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
..... (cégnév) részéről:
..... (cégnév) részéről:

2. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába, összhangban a Kbt. 25. § (6) bekezdésével.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

| Feladat | Cég |
|---------|-----|
|---------|-----|

²³Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

.....
cégszerű aláírás

VI. FEJEZET

AJÁNLATI FORMA- (Kbt. 60. § (3)) ÉS ÁRTÁBLÁZATOK (1. számú Ellenőrző lista szerint)

Kelt:

Az ajánlat száma:

Ajánlattevő neve: _____

Tisztelt Ajánlatkérő!

Miután az Önök által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján . „**FT-1054/Farkasgyepű/2015 - Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn** ” megnevezéssel indított közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott **2015. augusztus 10.-i** keltezésű Ajánlati Dokumentációban rögzített kereskedelmi, pénzügyi és szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk, melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot teszünk az Ajánlati Dokumentációban specifikált és az ajánlatunkban tételesen felsorolt termékeknek, az Ajánlati Dokumentációban meghatározott szabványoknak, szerződéses és egyéb feltételeknek megfelelő módon történő leszállítására _____ (a teljes, ajánlati összeg betűvel és számmal kiírva, bruttó összegben de megjelölve az ÁFA értékét) összegben, vagy abban az egyéb összegben, mely az itt mellékelte és az ajánlat részét képező ártáblázat szerint megállapítható.

A fenti teljes ajánlati ár megbomlik a mellékelte ártáblázat szerinti alösszegekre.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződés megkötését, a szállítást az Ajánlati felhívásban és az Ajánlati Dokumentációba, valamint az aláírt szállítási szerződésben meghatározott összegben és határidőn belül, az ott előírt feltételekkel, módon és minőségben teljesítjük.

Beleegyezzünk, hogy az Ajánlati Dokumentáció II. 12. 1. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően **60 napig tartjuk** az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az Ajánlati Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a szerződésnek az Ajánlati Dokumentációban rögzítettek szerint történő megkötéséig kötelező érvényű számunkra.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az Ajánlati Dokumentációt, és az abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: 2015. _____ hónap _____ napján

cégszerű aláírás

FELOLVASÓLAPOK és ÁRTÁBLÁZAT

1-4. rész

(Külön mellékletben, excel formátumban is kitöltendő!)

FELOLVASÓLAP 1. rész
és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)

TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat
keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”
(FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)

1. rész - ALVÁSDIAGNOSZTIKA

Ajánlattevő megnevezése, székhelye: _____

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum- követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|--|----------|--|-------------------------|
| 1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen <u>1/A és 1/B tétel nettó</u> összár HUF | 84 | <u>Fordított arányosság</u> elvé alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | NETTÓ Ft |
| 2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 35 | Részletezve az alábbiakban | |
| Alszemponatok részletezése: | | | |
| 1/A. tétel - Online polyszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel és elemző munkaállomással (PC) terjedelemben (1 darab) | | | |
| <u>Készülék típusa:</u> | | Kérjük megadni! | |
| 1. opcionálisan szinkron videometriával bővíthető | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont | |
| 2. Szenzoroszta, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont | |
| 3. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | 5 | megléte előny csak egy érték: 1pont; mindkét érték: 10pont | |
| 4. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | 5 | előny a megléte Egyéb = 1pont; Li-Ion = 10pont | |

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|---|----------|--|---|
| 1/B. tétel - Poliszomnográfia végzésére alkalmas vizsgálóberendezés az éjszakai alvászavarok vizsgálatához, terápia beállításához titráló készülékkel (1 darab) | | | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni! | |
| 1. Szenzorteszt, az elektródák ellenőrzésére a recorderen | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont | |
| 2. BP mérés systolés és diastolés értékek folyamatos (beat to beat) non-invazív regisztrálása | 5 | megléte előny csak egy érték: 1pont; mindkét érték: 10pont | |
| 3. Korszerű tápellátási rendszer a recorderben | 5 | előny a megléte Egyéb = 1pont; Li-Ion = 10pont | |
| | | | |
| 3. A jóállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti=10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) |hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.) |

Dátum: _____

Cégszerű aláírás: _____

KÖVETELMÉNYEK

- ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
- Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
- Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
- A fejléct ne írják át!
- Ajánlati kötöttség: 60 nap
- Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
- Az 1. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!**

FELOLVASÓLAP 2. rész
és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)

TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat
keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”
(FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)

2. rész – LÉGZÉSI INTENZÍV LABOR

Ajánlattevő megnevezése, székhelye: _____

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum- követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|--|----------|--|-------------------------|
| 1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen <u>2/A és 2/B tétel nettó</u> összár HUF | 24 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | NETTÓ Ft |
| 2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 10 | Részletezve az alábbiakban | |
| Alszerpontok részletezése: | | | |
| 2/A. tétel - Transzportra is alkalmas noninvazív lélegeztető készülék tartozékokkal (2 darab) | | | |
| <u>Készülék típusa:</u> | | Kérjük megadni! | |
| 1. A készülék oximetriával rendelkezik | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont | |
| 2. Alvoeláris volumenre történő lélegeztetés | 5 | megléte előny nem=1pont; igen=10pont | |

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum- követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|---|----------|--|---|
| 2/B. tétel: Hordozható betegőrző monitor (2 darab) | | | |
| <u>Készülék típusa:</u> | | Kérjük megadni! | |
| | | | |
| 3. A jóállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti=10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) |hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.) |

Dátum: _____

Cégszerű aláírás: _____

KÖVETELMÉNYEK

1. ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
2. Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
3. Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
4. A fejléctet ne írják át!
5. Ajánlati kötöttség: 60 nap
6. Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
7. A 2. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!

FELOLVASÓLAP 3. rész
és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)

TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat
keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”
(FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)

3. rész - BRONCHOLÓGIAI LABOR

Ajánlattevő megnevezése, székhelye: _____

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|--|-----------------|--|-----------------------------|
| 1. Az ajánlati ár (nettó HUF) összesen 3/A, 3/B és 3/C tétel nettó összár HUF | 75 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | NETTÓ Ft |
| 2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 31 | Részletezve az alábbiakban | |
| Alszezpontok részletezése: | | | |
| 3/A. tétel - Videóbronchoszkópos torony (1 darab), <i>(Amely az alábbi egységekből áll: központi vezérlő egység (processzor)1db, fényforrás 1db, monitor 1db, készüléktartó állvány 1db, terápiás videóbronchoszkópok 2db)</i> | | | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni! | |
| Központi vezérlő egység (processzor): | | | |
| 1. Magyar nyelvű menürendszer megléte | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| 2. A képkimerevítési és mentési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| Fényforrás: | | | |
| 3. A fényszűrő funkció tényleges optikai szűréssel valósul meg. | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| Terápiás HDTV videóbronchoszkópok: | | | |
| 4. Forgató kontrollgomb a bevezető cső elforgatására a markolat mozdítása nélkül | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| 3/B. tétel - Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés, ultrahangos bronchoszkóp (EBUS) (1 darab) | | | |
| <u>Készülék típusa:</u> | | Kérjük megadni! | |
| Endoszkópos ultrahangdiagnosztikai berendezés (ultrahangos processzor) | | | |
| 1. Az elektronikus szkennelés frekvenciái Min 4 különböző, az 5-12 MHz tartományban. | 5 | Kérjük megadni! A nagyobb érték a jobb. A min. 4 különböző frekvencia =1 pont, a max.5 különböző frekvencia vagy e fölötti =10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | |
| 2. Terápiás videóbronchoszkópok munkacsatornájába vezethető ultrahangos szondák (probes) csatlakoztathatósága, későbbi bővítéshez | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| 3. Közös billentyűzet a videóbronchoszkópos torony vezérlőegységével, egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető | 5 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| Ultrahangos bronchoszkóp: | | | |
| 4. A munkacsatorna átmérője Min 2,0 mm. maximum 2,5 mm. Előny a nagyobb! | 5 | Kérjük megadni! Min 2,0 mm=1 pont, max. 2,5 mm, vagy e fölötti = 10 pont Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | |

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|--|----------|---|---|
| 3/C. tétel - Videópleuraszkóp thoracoscopos tálcával (1 darab) | | | |
| <u>Készülék típusa:</u> | | Kérjük megadni! | |
| | | | |
| 3. A jótállás időtartama hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap = 1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti = 10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) |hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.) |

Dátum: _____

Cégszerű aláírás: _____

KÖVETELMÉNYEK

- ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
- Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
- Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
- A fejléctet ne írják át!
- Ajánlati kötöttség: 60 nap
- Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
- Az 3. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!**

**FELOLVASÓLAP 4. rész
és elbírálási szempontok (Kitöltése kötelező!)**

TIOP 2.2.6/12/1/B „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” pályázat
keretében „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”
(FT-1054/Farkasgyepű/2015 „Eszközállomány fejlesztés és korszerűsítés Farkasgyepűn”)

4. rész - Felsőkategóriás Hasi Ultrahang-diagnosztikai készülék

Ajánlattevő megnevezése, székhelye: _____

| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
|---|-----------------|--|-----------------------------|
| 1. Az ajánlati ár (nettó HUF) | 31 | Fordított arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.ba pontja alapján) | NETTÓ Ft |
| 2. Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése, összesen | 13 | Részletezve az alábbiakban | |
| Alszeponatok részletezése: | | | |
| 4. rész - Hasi UH készülék (1 db) | | | |
| Készülék típusa: | | Kérjük megadni! | |
| 1. A megajánlott készülék piaci bevezetésének éve (Előny a minél újabb készülék) | 2 | Kérjük megadni! 2011.év =1 pont, 2014. év =10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) A 2015. évben bevezetett készülékek is a maximális 10 pontot kapják. | |
| Technológia, működési jellemzők | | | |
| 2. Képkalkotási frekvencia tartomány Min: 2-16 MHz között, képernyőn feltüntetve (Előny a nagyobb tartomány megléte!) | 2 | Kérjük megadni! Min 2-16 Mhz közötti tartomány=1 pont, max.1-18 Mhz közötti vagy ennél nagyobb tartomány= 10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | |
| 3. Nyers ultrahang adat tárolási lehetőség megléte | 1 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| 2D üzemmód | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| 4. Frame rate: Min.: 600 kép/sec max. 1000 kép/sec (Előny a nagyobb! Az 1000 kép/sec feletti megajánlás is a maximális 10 pontot kapja.) | 3 | Kérjük megadni! Min.: 600 kép/sec =1 pont, max. 1000 kép/sec =10 pont, és az 1000 kép/sec feletti megajánlás is 10 pont. Egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | |
| ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK | Súlyszám | Értékelés magyarázata, és minimum-követelmények | AJÁNLATTEVŐ VÁLASZAI |
| PW | | | |
| 5. Fokenkénti szögkorrekció tartománya (Előny a nagyobb tartomány) min. tartomány 0-85 fokig | 2 | Igen, kérjük megadni a tartományt! Min. tartomány 0-85 fokig =1 pont, max. tartomány 0-90 fokig, vagy e fölötti tartomány= 10 pont. Az egyenes arányosság elve alapján kerül értékelésre. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) | |
| 6. Automatikus Doppler Spektrum optimalizálás egy gombnyomással | 1 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| 7. Automatikus Doppler spektrum burkológörbe rajzolás, abból folyamatos paraméterszámítás megléte | 2 | Kérjük megadni! nem=1pont; igen=10pont | |
| | | | |
| 3. A jótállás időtartama vizsgálófejekkel együtt, hónapokban megadva (min. 12 hónap, maximum 36 hónap) | 1 | A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Min. 12 hónap =1 pont, max. 36 hónap, vagy e fölötti=10 pont. Értékelés az egyenes arányosság elve alapján. (Hatósági útmutató: III.A.1.bb pontja alapján) |hónap (A min. 12 hónappal együtt értendő hónapok számát kérjük megadni! Kizárólag egész hónapok ajánlhatók meg.) |

Dátum: _____

Cégszerű aláírás: _____

KÖVETELMÉNYEK

- ** Az engedély másolati példányának csatolása kötelező!
- Az egységár és a végösszeg eltérése esetén az egységár az irányadó.
- Kérjük, kizárólag az ártáblázatban megadott táblázatot ill. oszlopokat töltsék ki!
- A fejléct ne írják át!
- Ajánlati kötöttség: 60 nap
- Az Ajánlattevő által megadott ár az Ajánlattevő számára a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során fix, nem változtatható.
- A 4. részen belül komplett ajánlatot kell tenni!**

**Ártáblázat külön mellékletben csatolva, mely szintén kitöltendő!
(excel formátumban)**

ELLENŐRZŐ LISTA

| | |
|---|--|
| Nyilatkozatok | |
| 1. számú nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint (V. fejezet Formalevél) | |
| 2. számú nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerint | |
| nyilatkozat a Kbt. 57.§ (1) bekezdés a)-f) pontja szerint | |
| nyilatkozat a Kbt. 56.§ (2) bekezdés szerint | |
| nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) és kc) alpontja szerint | |
| 3. számú nyilatkozat a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerint | |
| 3/c Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében | |
| 4. számú nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés tekintetében | |
| 5. Kkvt. szerinti nyilatkozat | |
| 6. nyilatkozat a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről | |
| 7. számú Nyilatkozat a referenciáról | |
| 8. számú Nyilatkozat a fénymásolatban benyújtott dokumentumokról | |
| 9. számú Nyilatkozat a benyújtott fordításokról | |
| 10. számú Nyilatkozat a Kiegészítő tájékoztatásról | |
| 11. számú Nyilatkozat a szerviz ellátásról | |
| 12. számú Nyilatkozat a CD tartalmáról | |
| 13. számú nyilatkozat az előlegről, ill. annak biztosítékáról | |
| Egy eredeti példány papír alapon, 2 db CD/DVD | |
| Együttműködési megállapodás (adott esetben) | |
| Borítólap | |
| Oldalszámozott tartalomjegyzék | |
| FELOLVASÓLAP (bírálati válaszok) | |
| Ártáblázat | |
| Oldalszámozás | |
| Ajánlatok cégszerűen aláírva, cégjegyzésre jogosult, vagy meghatalmazott által szignált | |
| Aláírási címpéldány(ok) vagy minta(egyszerű másolat) | |
| Meghatalmazás (eredeti, vagy aláírási minta (egyszerű másolat) | |
| Változásbejegyzési kérelem(ek) | |

| | |
|---|-----------------------|
| Forgalmazási jogosultság | |
| Forgalombahozatali engedélyek (CE) | |
| ISO tanúsítvány másolat | |
| NAV igazolás amennyiben ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózók jegyzékében | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Cégkivonat(ok), 60 napnál nem régebbi (opcionális) | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Mérleg beszámoló | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| OMMH igazolás | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Közrendvédelmi nyilvántartás | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Eltiltott ajánlattevők jegyzéke | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Kizárt ajánlattevők jegyzéke | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| Kamarai Tagság | Ajánlatkérő ellenőrzi |
| | |